
Freedom Bath

Nouzové uvolnění těsnění

Dojde-li během koupele k nouzové situaci, postupujte dle kroků 1–3.


V případě výpadku proudu před provedením kroků 1–3 nejprve vypusťte vanu.

1




Otevřete víko.

2




Stiskněte tlačítko. Odtok se otevře a voda vyteče kolem dvířek.

3




Ručně stlačte dvířka dolů.


Nafukovací těsnění dvířek



Aktivujte systém nafukovacího těsnění, aby dvířka byla vodotěsná.
Zvedněte dvířka a stiskněte tlačítko těsnění/odtoku.
Není-li vana používána, nechte dvířka zvednutá s vyfouknutým těsněním.

Automatický odtok






Odtok se uzavře pouze při vytažení dvířek do nejvyšší polohy (A).
Jakmile se systém těsnění deaktivuje, odtok se otevře (B).

Systém perličky (volitelná funkce)

1



Zvedněte dvířka do nejvyšší polohy a naplňte vanu nad tlačítko čidla vysoké hladiny (A).

2

Stiskněte tlačítko ON/OFF a ventilátor se spustí na maximální otáčky.


3


Stiskněte a přidržte tlačítko rychlosti vzduchu pro snížení intenzity. Po dosažení požadované intenzity tlačítko uvolněte.

4

Stiskněte tlačítko ON/OFF a ventilátor se vypne.

Bezpečnostní pás (volitelný)





Připevněte bezpečnostní pás podle obrázku A nebo B.
Upravte délku protažením konce bezpečnostního pásu přezkou.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.AF.03_1CS • 06/2020

with people in mind