
# Freedom Bath


## Bada och duscha patienten

**1**



Tryck på knappen för nedrullning av dörren för att sänka dörren till dess lägsta position. Hjälp patienten att kliva i badkaret.


**2**



Klämrisk

För bad: höj upp dörren till det översta läget genom att trycka på knappen för upprullning av dörren.
För dusch: stoppa dörren minst 25 mm (1 tum) under det översta läget, för att hålla avloppet öppet.

**3**




Tryck på tätnings-/avloppsknappen. Lysdioden blinkar grönt.


**4**



Vid korrekt installation lyser den gröna lysdioden med ett fast sken.

**5**







Skållningsrisk

För bad: fyll badkaret genom att trycka på fyll-knappen.
För dusch: använd dusch-knappen.

Känn på vattnet, utan handske på handen. Justera vattentemperaturen vid behov.


## Avsluta badet

**6**



Öppna avloppet genom att trycka en gång på tätnings-/avloppsknappen.

**7**




Tryck en gång till för att släppa ut luften ur tätningen. Under tömningen kommer lysdioden att blinka grönt.

**8**



Valbart. Vid dusch av patient. Sänk ned dörren för bättre åtkomst.

**9**



Tryck på knappen för nedrullning av dörren för att sänka dörren till lägsta position. Hjälp patienten att lämna badkaret.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.AF.02_1SV • 06/2020

*with people in mind*