
Freedom Bath


Baigner et doucher le patient

1



Appuyer sur le bouton de descente de la porte pour abaisser la porte jusqu'à sa position la plus basse.
Aider le patient à s'installer dans la baignoire.


2



Risque de coincement

Pour le bain : relever la porte en position haute à l'aide du bouton de montée de la porte.
Pour la douche : laisser la porte abaissée à au moins 25 mm (1 po) par rapport à la position supérieure pour garder la bonde ouverte.

3





Appuyer sur le bouton du joint de la porte/de la bonde ; la LED verte clignote.

4

Lorsque le gonflage est correct, la LED verte reste allumée de manière fixe.

5







Risque de brûlures

Pour le bain : remplir la baignoire à l'aide du bouton de remplissage de la baignoire.
Pour la douche : utiliser le bouton de la douche.

Mettre la main dans l'eau pour évaluer la température. Régler la température, s'il y a lieu.

Terminer le bain

6

Appuyer une fois sur le bouton du joint de la porte/de la bonde pour ouvrir la bonde.

7


Appuyer à nouveau pour dégonfler le joint. Pendant le dégonflage, la LED verte clignote.

8



Facultatif. Doucher le patient.
Baisser la porte pour un atteindre le patient plus facilement.

9



Appuyer sur le bouton de descente de la porte pour abaisser la porte jusqu'à sa position la plus basse.
Aider le patient à sortir de la baignoire.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.AF.02_1FR • 06/2020

with people in mind