Freedom Bath

ADVARSEL



Bruk alltid vernebriller og hansker for å unngå øye- og hudskader. Skyll rikelig med vann hvis kontakt forekommer. Kontakt lege hvis øynene eller huden blir irritert. Les alltid materialsikkerhetsdatabladet for desinfeksjonsmiddelet.

For å unngå krysskontaminering må instruksjonene for desinfisering i bruksanvisningen alltid følges.

For å unngå hud- eller øyeirritasjon må desinfisering aldri utføres mens en pasient er til stede.

For å unngå skade må nødsenking bare brukes hvis normal senking ikke er mulig. Vær ekstremt forsiktig under senking.

Pleierens plikter

Mellom pasienter

Rengjør og desinfiser Freedom Bath før hver bruk.

Hver dag

Rengjør dørlisten/tetningen og undersiden av badekaret.

For badekar som ikke er tilgjengelige med heis, følger du disse trinnene for å gjøre området ved den nedre delen av døren og under badekaret tilgjengelig for rengjøring:

1. Trykk på knappene for dør opp og dør ned samtidig i 30 s, til temperaturdisplayet begynner å blinke.
2. Trykk på knappen for dør ned. Døren beveger seg under badekaret, slik at nedre del av listen/tetningen og området under badekaret er tilgjengelig for rengjøring.

Vær forsiktig når dette gjøres. Klemsikringen er utkoblet. Klemsikringen aktiveres automatisk igjen etter ett minutt.

Uten desinfeksjons-/skylleinntak.

Bruk en sprayflaske eller en MultiClean-enhet. Se MultiClean-enhetens bruksanvisning hvis MultiClean-enheten brukes.

Fjern synlige rester

1. Ta på hansker og vernebriller.
2. Påse at alle funksjoner er slått av.
3. Åpne avløpet for å tømme ut eventuelle vannrester.
4. Løsne og legg tilbehøret, som nakkepute og sikkerhetsbelte, i bunnen av badekaret.
5. Dusj og skyll badekaret og tilbehøret med vann for å fjerne synlige rester. Snu tilbehøret, og skyll på nytt.

Rengjør

6. Spray desinfeksjonsmiddel i avløpet. Bruk en børste med langt håndtak til å skrubbe avløpet.
7. Lukk avløpet ved å løfte døren til øverste posisjon.
8. Spray desinfeksjonsmiddel på alle de innvendige karflatene og tilbehøret i bunnen av badekaret. Snu tilbehøret og spray på den andre siden. Vær oppmerksom på deler, brytere og sensorer som er montert på overflaten av badekaret, for eksempel knottene til sikkerhetsbeltet og overløpsåpningen.
9. Skrubb alle karflatene og tilbehøret med en børste med myk bust eller en klut.
10. Åpne avløpet ved å trykke på dørtetning-/avløpsknappen.
11. Skyll alle deler rene med vann med en temperatur på ca. 25 °C (77 °F) for å fjerne desinfeksjonsmiddelet.
12. Dynk en klut i desinfeksjonsmiddel.
13. Tørk av alle andre kontaktområder, for eksempel utsiden av badekaret (spesielt i området rundt hodet), metallsensorer og dørtetninger.
14. Fukt en ny klut med vann og fjern alle spor av desinfeksjonsmiddel på kontaktområder.

Desinfisering

15. Spray desinfeksjonsmiddel i avløpet.
16. Lukk avløpet.
17. Spray desinfeksjonsmiddel på alle de innvendige karflatene og tilbehøret i bunnen av badekaret. Snu tilbehøret og spray på den andre siden. Vær oppmerksom på deler, brytere og sensorer som er montert på overflaten av badekaret, for eksempel knottene til sikkerhetsbeltet og overløpsåpningen.
18. Dynk en klut i desinfeksjonsmiddel.
19. Tørk av alle andre kontaktområder, for eksempel utsiden av badekaret (spesielt i området rundt hodet), metallsensorer og dørtetninger.
20. La desinfeksjonsmiddelet sitte så lenge det er angitt på flasken.
21. Åpne avløpet.
22. Skyll alle deler rene med vann med en temperatur på ca. 25 °C (77 °F) for å fjerne desinfeksjonsmiddelet. Bruk dusjen til å fjerne desinfeksjonsmiddelet.
23. Fukt en ny klut med vann og fjern alle spor av desinfeksjonsmiddel på kontaktområder.
24. Løft døren til øverste posisjon.
25. La lufttørke.

with people in mind

Freedom Bath

Med desinfeksjons-/skylleinntak og en MultiClean-enhet

Se MultiClean-enhetens bruksanvisning hvis MultiClean-enheten brukes.

Fjern synlige rester

1. Ta på hansker og vernebriller.
2. Påse at alle funksjoner er slått av.
3. Åpne avløpet for å tømme ut eventuelle vannrester.
4. Løsne og legg tilbehøret, som nakkepute og sikkerhetsbelte, i bunnen av badekaret.
5. Dusj og skyll badekaret og tilbehøret for å fjerne synlige rester.

Rengjør

6. Sett sprayhåndtaket for desinfeksjon i desinfeksjons-/skylleinntaket og drei det for å feste det.
7. Trykk på utløserhåndtaket og hold det inne til det kommer desinfeksjonsmiddel ut av alle dysene i luftmassasjesystemet.
8. La det renne i ytterligere 30 sekunder.
9. Slipp utløseren og fjern sprayhåndtaket for desinfeksjon fra desinfeksjon-/skylleinntaket.
10. Sett sprayhåndtaket for vann i desinfeksjons-/skylleinntaket og drei det for å feste det.
11. Trykk på utløserhåndtaket og hold til det kommer rent vann ut av alle dysene.
12. La det renne i ytterligere 30 sekunder.
13. Fjern dusjhåndtaket fra desinfeksjon-/skylleinntaket.
14. Spray desinfeksjonsmiddel i avløpet. Bruk en børste med langt håndtak til å skrubbe avløpet.
15. Lukk avløpet ved å løfte døren til øverste posisjon.
16. Spray desinfeksjonsmiddel på alle de innvendige overflatene og tilbehøret. Snu tilbehøret og spray på den andre siden. Vær oppmerksom på deler, brytere og sensorer som er montert på overflaten av badekaret, for eksempel knottene til sikkerhetsbeltet og overløpsåpningen.
17. Skrubb alle karflatene og tilbehøret med en børste med myk bust eller en klut (for å fjerne alle rester, f.eks. hudrester).
18. Åpne avløpet ved å trykke på dørtetning-/avløpsknappen.
19. Skyll alle deler rene med vann med en temperatur på ca. 25 °C (77 °F) for å fjerne desinfeksjonsmiddelet.
20. Dynk en klut i desinfeksjonsmiddel.
21. Tørk av alle andre kontaktområder, for eksempel utsiden av badekaret, metallsensorer og dørtetninger.
22. Fukt en ny klut med vann og fjern alle spor av desinfeksjonsmiddel på kontaktområder.

Desinfisering

23. Sett sprayhåndtaket for desinfeksjon i desinfeksjons-/skylleinntaket og drei det for å feste det.
24. Trykk på utløserhåndtaket og hold det inne til det kommer desinfeksjonsmiddel ut av alle dysene i luftmassasjesystemet.
25. La det renne i 30 sekunder.
26. Slipp utløseren og fjern sprayhåndtaket for desinfeksjon fra desinfeksjon-/skylleinntaket.
27. La desinfeksjonsmiddelet sitte så lenge det er angitt på flasken.
28. Spray desinfeksjonsmiddel i avløpet.
29. Lukk avløpet.
30. Spray desinfeksjonsmiddel på alle de innvendige karflatene og tilbehøret i bunnen av badekaret. Snu tilbehøret og spray på den andre siden. Vær oppmerksom på deler, brytere og sensorer som er montert på overflaten av badekaret, for eksempel knottene til sikkerhetsbeltet og overløpsåpningen.
31. Dynk en klut i desinfeksjonsmiddel.
32. Tørk av alle andre kontaktområder, for eksempel utsiden av badekaret, metallsensorer og dørtetninger.
33. La desinfeksjonsmiddelet sitte så lenge det er angitt på flasken.
34. Åpne avløpet.
35. Sett sprayhåndtaket for vann i desinfeksjons-/skylleinntaket og drei det for å feste det.
36. Trykk på utløserhåndtaket og hold til det kommer rent vann ut av alle dysene.
37. La det renne i ytterligere 30 sekunder.
38. Fjern dusjhåndtaket fra desinfeksjon-/skylleinntaket.
39. Skyll alle deler rene med vann med en temperatur på ca. 25 °C (77 °F) for å fjerne desinfeksjonsmiddelet. Bruk dusjen til å fjerne desinfeksjonsmiddelet.
40. Fukt en ny klut med vann og fjern alle spor av desinfeksjonsmiddel på kontaktområder.
41. Løft døren til øverste posisjon.
42. Trykk på knappen for luftmassasjesystem – PÅ/AV for å starte luftviften, som deretter aktiveres i ett minutt.
43. La lufttørke.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

with people in mind