
Bolero

CE 2797

Voodist tõstmine


Takerdumise vältimiseks veenduge, et liikumisteel ei oleks takistusi.

1




Kinnitage padi (A) soovitud peapoolses otsas.

2




Kinnitage puusa turvarihm läbi nupu. Paigutage turvarihm tugiraami peale.

3




Keerake patsient küljele. Viige Bolero tõstekäru patsiendi lähedale ja laske seda allapoole, kuni see on kindlalt vastu voodit.

4




Rakendage kõigi rataste pidurid.

5




Keerake patsient tugiraamile. Tõstke seljatugi üles. Kontrollige, et seljatugi oleks fikseeritud.

6




Kinnitage turvarihm üle rinna. Tõstke tugiraam üles, kinnitage turvarihm üle puusa. Laske käepide alla.

7



Vabastage rattapidurid.

8



Arvestage langetamise ajal liikumatute esemetega.

Tõmmake Bolero tõstekäru voodist välja ja langetage Bolero mugavale kõrgusele.

arjo with people in mind


Voodisse tõstmine

1




Tõstke Bolero tõstekäru kõrgusele, mille juures on võimalik seda voodi kohale seada.

2




Viige Bolero tõstekäru voodi kohale.

3




Laske Bolero tõstekäru allapoole, et see oleks kindlalt vastu voodit.

4



Rakendage kõigi rataste pidurid.


5



Veenduge, et küljepiire oleks voodil ülestõstetud asendis.

Eemaldage turvarihmad.
Langetage seljatugi.
Veeretage patsient Bolero tõstekärult voodisse.

6



Vabastage rattapidurid ja tõmmake Bolero tõstekäru voodist välja.

with people in mind

Patsiendi vannitamine


1

Lugege eraldi vannisüsteemi kasutusjuhendit.

MÄRKUS

Enne vannitamist lugege kasutusjuhendis toodud ohutusjuhiseid.


2



Patsient on paigutatud kasutusjuhendi kohaselt.

Tõstke Bolero tõstekäru serva vabastamiseks üles. Viige patsient üle vanni.

3



Rakendage kõigi rataste pidurid.

4




Tõstke vann ergonoomilisele kõrgusele.
Laske Bolero tõstekäru allapoole, nii et see on vanni põhja vastas.

5


Eemaldage turvarihm rinnalt ja lõdvendage puusade ümber turvarihma, seejärel vannitage patsient.

6




Pärast vannitamist kinnitage turvarihmad. Tõstke Bolero tõstekäru veepinnast kõrgemale, seejärel peske patsient dušiga üle. Pärast dušši kuivatage patsient.

7



Vabastage rattapidurid.

8



Viige patsient tagasi voodisse.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind