Miranti, Bolero, Alenti, Calypso

CE 2797

Čistite a dezinfikujte denne.
Čistite a dezinfikujte pred použitím ďalším pacientom/klientom.

Potrebné príslušenstvo:

- Ochranné rukavice
- Ochranné okuliare
- Fľaša s ostrekovačom s dezinfekčným prostriedkom (ak nie je k dispozícii integrovaný dezinfekčný systém)
- Fľaša s ostrekovačom (alebo rukoväť sprchy) s vodou
- Handričky – mokré a suché
- Jednorazové utierky
- Kefa s mäkkými štetinami
- Kefa s mäkkými štetinami s dlhou rukoväťou

POZNÁMKA

Postup čistenia a dezinfekcie je znázornený na príklade Miranti a integrovaného dezinfekčného systému.

VAROVANIE




Na ochranu zraku a pokožky vždy používajte ochranné okuliare a rukavice. V prípade kontaktu opláchnite veľkým množstvom vody. Ak dôjde k podráždeniu očí alebo pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc. Vždy si prečítajte návod na používanie a kartu bezpečnostných údajov (KBÚ) dezinfekčného prostriedku.

Aby ste zabránil krížovej kontaminácii, vždy dodržiavajte pokyny na dezinfekciu uvedené v návode na používanie.

Ak sa má zabrániť podráždeniu očí alebo pokožky, nikdy nevykonávajte dezinfekciu v prítomnosti pacienta/klienta.

Odstráňte viditeľné usadeniny


1



Miranti: Odstráňte opierku hlavy, oporný vankúš na stehná, bezpečnostné držadlo pre pacienta/klienta a bezpečnostné pásy.
Bolero: Odstráňte matrac a bezpečnostné pásy.
Alenti: Odstráňte chrbtovú opierku a bezpečnostný pás.
Calypso: Odstráňte sedadlá, vložku sedadla, chrbtovú opierku a bezpečnostný pás.


Príslušenstvo umiestnite naspodok vane.

2



Hygienické zdvíhacie zariadenie umiestnite nad vaňu a spustite ho.

3



Všetky viditeľné zvyšky z neho umyte handričkou namočenou vo vode alebo osprchovaním vodou a odstránením kefou. Hygienické zdvíhacie zariadenie vyčistite smerom zhora nadol. Vyčistite všetky odobraté časti.

Pokračujte krokmi na ďalšej strane.

arjo with people in mind

Čistenie


4



Nasaďte si ochranné rukavice a okuliare.


5

Prečítajte si samostatné pokyny pre dezinfekčný systém a použitý dezinfekčný prostriedok.




Dezinfekčný prostriedok nastriekajte na hygienické zdvíhacie zariadenie a všetky odobraté časti.
Použite buď fľašu s ostrekovačom s dezinfekčným prostriedkom, alebo integrovaný dezinfekčný systém vane.

6




Dôkladne vyčistite kefou namočenou v dezinfekčnom prostriedku, najmä rukoväti, ručný ovládač, pánty a spodné časti hygienického zdvíhacieho zariadenia.

7




Osprchujte vodou (cca 25 °C (77 °F)) alebo ostriekajte vodou a utrite čistou handričkou.

8




Handričku namočte do dezinfekčného prostriedku a poutierajte všetky ostatné plochy.

9



Namočte novú handričku do vody a odstráňte všetky stopy dezinfekčného prostriedku z ostatných plôch. Handričku by ste mali občas opláchnuť pod tečúcou vodou.

10




Ak nie je možné odstrániť všetok dezinfekčný prostriedok, na príslušnú časť zariadenia nastriekajte vodu a utrite ju jednorazovými utierkami, kým neodstránite všetok dezinfekčný prostriedok.

Pokračujte krokmi na ďalšej strane.

arjo
with people in mind


Dezinfekcia

11




Dezinfekčný prostriedok nastriekajte na hygienické zdvíhacie zariadenie a všetky odobraté časti.

12




Handričku namočte do dezinfekčného prostriedku a poutierajte všetky ostatné plochy.

13




Dodržiavajte čas pôsobenia dezinfekčného prostriedku podľa pokynov pre dezinfekčný prostriedok.

14




Osprchujte alebo ostriekajte vodou a utrite čistou handričkou, aby ste odstránili všetky stopy dezinfekčného prostriedku z hygienického zdvíhacieho zariadenia, rámu a všetkých odobratých častí. Handričku by ste mali občas opláchnuť pod tečúcou vodou.

15



Ak nie je možné odstrániť všetok dezinfekčný prostriedok, na príslušné časti zariadenia nastriekajte vodu a utrite ich jednorazovými utierkami, kým neodstránite všetok dezinfekčný prostriedok.

16



Nechajte všetky časti vyschnúť.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind