CE 2797

Miranti, Bolero, Alenti, Calypso

يجب التنظيف والتطهير يوميًا.
يجب التنظيف والتطهير قبل استخدام المريض التالي.

الملحقات اللازمة:

- قفازات واقية
- نظارات واقية
- زجاجة رش تحتوي على مطهر (إذا لم يتوفر نظام تطهير مضمن)
- زجاجة رش (أو مقبض دش) تحتوي على ماء
- قطع قماش - رطبة وجافة
- مناشف معدة للاستخدام مرة واحدة
- فرشاة ذات شعيرات ناعمة
- فرشاة ذات شعيرات ناعمة بمقبض طويل

ملاحظة

تم توضيح إجراء التنظيف والتطهير باستخدام Miranti ونظام التطهير المضمن كمثال.

تحذير




استخدم دائمًا نظارات وقفازات واقية لتجنب إصابة العين والجلد. في حالة حدوث تلامس، يجب غسل العينين بالماء الغزير. في حال حدوث أي تهيج بالعين أو الجلد، اتصل بالطبيب. تجب دائمًا قراءة إرشادات الاستعمال وورقة بيانات السلامة (SDS) الخاصة بالمطهر.

لمنع انتقال الأمراض الناتجة عن التلوث، اتبع دائمًا إرشادات التطهير الواردة في إرشادات الاستعمال.

لتجنب تهيج العين أو الجلد، لا تقم مطلقًا بالتطهير في وجود المريض.

إزالة البقايا المرئية


١



Miranti: أزل مسند الرأس ووسادة دعم الفخذ وقابضة تأمين المريض وأحزمة الأمان.
Bolero: أزل المرتبة وأحزمة الأمان.
Alenti: أزل مسند الظهر وأحزمة الأمان.
Calypso: أزل المقاعد ومقحمات المقعد ومسند الظهر وحزام الأمان.


ضع الملحقات في الجزء السفلي من حوض الاستحمام.

٢



ضع الرافعة المخصصة لنظافة المريض فوق حوض الاستحمام وقم بخفضها.

٣



نظف من البقايا المرئية باستخدام قطعة قماش مبللة بالمياه أو عن طريق رش المياه واستخدام فرشاة. نظف الرافعة المخصصة لنظافة المريض من أعلى ثم حركها لأسفل. نظف جميع الأجزاء التي تمت إزالتها.


تابع الخطوات في الصفحة التالية

٤



ارتد قفازات ونظارات وقائية.


٥




اقرأ الإرشادات المنفصلة الخاصة بنظام التطهير والمطهر المستخدم

قم برش المطهر على الرافعة المخصصة لنظافة المريض وجميع الأجزاء التي تمت إزالتها.
استخدم زجاجة رش تحتوي على مطهر أو استخدم نظام التطهير المضمن.


٦






استخدم فرشاة مغمورة في مطهر وافركها بشكل كامل وخصوصًا على المقابض وأداة التحكم اليدوي والمفاصل وأسفل الرافعة المخصصة لنظافة المريض.

٧




قم بالغسل بالمياه (في درجة حرارة حوالي ٢٥ درجة مئوية (٧٧ درجة فهرنهايت)) أو رش المياه والمسح بقطعة قماش نظيفة.

٨




قم بنقع قطعة قماش في المطهر وامسح جميع الأجزاء الأخرى.

٩



بلل قطعة قماش جديدة بالمياه وأزل جميع آثار المطهر من الأماكن الأخرى. يجب شطف قطعة القماش من حين لآخر في مياه جارية.


١٠



إذا تعذرت إزالة المطهر بالكامل، فقم برش المياه على الجزء المتأثر وامسحه بمنشفة معدة للاستخدام مرة واحدة لإزالة المطهر بالكامل.


تابع الخطوات في الصفحة التالية

١١




قم برش المطهر على الرافعة المخصصة لنظافة المريض وجميع الأجزاء التي تمت إزالتها.

١٢




قم بنقع قطعة قماش في المطهر وامسح جميع الأجزاء الأخرى.

١٣




قم بالتطهير حسب الوقت المحدد طبقًا للإرشادات الخاصة بالمطهر.

١٤




قم بالغسل أو رش المياه والمسح بقطعة قماش جافة لإزالة جميع آثار المطهر من على الرافعة المخصصة لنظافة المريض والهيكل وجميع الأجزاء التي تمت إزالتها. يجب شطف قطعة القماش من حين لآخر في مياه جارية.

١٥



إذا تعذرت إزالة المطهر بالكامل، فقم برش المياه على الأجزاء المتأثرة وامسحها بمنشفة معدة للاستخدام مرة واحدة لإزالة المطهر بالكامل.

١٦



اترك جميع الأجزاء لتجف.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com