Miranti, Bolero, Alenti, Calypso

CE 2797

Puhastage ja desinfitseerige kord päevas.
Puhastage ja desinfitseerige enne uut patsienti.

Vajalikud tarvikud.

- Kaitsekindad
- Kaitseprillid
- Pihustuspudel desinfitseerimisvahendiga (kui integreeritud desinfitseerimissüsteem puudub)
- Pihustuspudel (või dušiotsak) vee kasutamiseks
- Lapid – märjad ja kuivad
- Ühekordselt kasutatavad lapid
- Pehmete harjastega hari
- Pika varre ja pehmete harjastega hari

MÄRKUS

Puhastus- ja desinfitseerimisprotseduur on illustreeritud Miranti ja integreeritud desinfitseerimissüsteemi näitega.

HOIATUS




Silma- ja nahavigastuste vältimiseks kandke alati kaitseprille ja kindaid. Vahendiga kokkupuute korral loputage kokkupuutekohta ohtra veega. Silma- või nahaärrituse korral pöörduge arsti poole. Tutvuge alati desinfitseerimisvahendi kasutusjuhendi ja ohutuskaardiga (SDS).

Ristsaastumise vältimiseks järgige alati kasutusjuhendis toodud desinfitseerimisjuhiseid.

Silma- või nahaärrituse vältimiseks ärge kunagi desinfitseerige patsiendi juuresolekul.

Nähtavate jääkide eemaldamine


1



Miranti: eemaldage peatugi, reie tugipadi, patsiendi turvakäepide ja turvarihmad.
Bolero: eemaldage madrats ja turvarihmad.
Alenti: eemaldage seljatugi ja turvarihm.
Calypso: eemaldage istmed, istme siseosa, seljatugi ja turvarihm.


Asetage kõik osad vanni põhja.

2



Seadke hügieeniline tõsteseade vanni kohale ja laske alla.

3



Puhastage nähtavatest jääkidest vees leotatud lapiga või vee ja harja abil duši all puhastades. Alustage hügieenilise tõsteseadme puhastamist ülevalt ja liikuge allapoole. Puhastage kõik eemaldatud osad.

Protsessi etapid jätkuvad järgmisel lehel

arjo
with people in mind

Puhastamine


4



Tõmmake kätte kaitsekindad ja pange pähe kaitseprillid.


5

Lugege kasutatava desinfitseerimissüsteemi ja -vahendi eraldi juhendeid.




Pihustage desinfitseerimisvahendit hügieenilisele tõsteseadmele ja kõikidele eemaldatud osadele. Kasutage desinfitseerimisvahendiga pihustuspudelit või vanni integreeritud desinfitseerimissüsteemi.

6




Puhastage põhjalikult desinfitseerimisvahendis leotatud harjaga, eriti käepidemeid, käsijuhtimispulti, liigendeid ja hügieenilise tõsteseadme alumist külge.

7




Pihustage (dušist) vett (temperatuuriga ligikaudu 25 °C (77 °F)) ja pühkige puhta lapiga.

8




Kastke lapp desinfitseerimisvahendisse ja pühkige kõiki pindu.

9



Tehke uus lapp veega märjaks ja eemaldage muudelt pindadelt kõik desinfitseerimisvahendi jäljed. Lappi tuleb voolava vee all aeg-ajalt loputada.

10




Kui kogu desinfitseerimisvahend ei tule maha, pihustage sellega koos olevaid kohti veega ja pühkige see ühekorralappidega ära, et eemaldada kõik desinfitseerimisvahendi jäägid.

Protsessi etapid jätkuvad järgmisel lehel

with people in mind


Desinfitseerimine

11




Pihustage desinfitseerimisvahendit hügieenilisele tõsteseadmele ja kõikidele eemaldatud osadele.

12




Kastke lapp desinfitseerimisvahendisse ja pühkige kõiki pindu.

13




Laske desinfitseerimisvahendi juhistesse märgitud aja jooksul mõjuda.

14




Pihustage või laske dušist vett ja pühkige puhta lapiga, et eemaldada kõik desinfitseerimisvahendi jäägid hügieeniliselt tõsteseadmelt, selle karkassilt ja kõigilt eemaldatud osadelt. Lappi tuleb voolava vee all aeg-ajalt loputada.

15



Kui kogu desinfitseerimisvahend ei tule maha, pihustage sellega koos olevaid kohti veega ja pühkige see ühekorralappidega ära, et eemaldada kõik desinfitseerimisvahendi jäägid.

16



Laske kõigil osadel kuivada.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind