
Flowtron ACS900

CE 2797


Hoidon käynnistäminen

1




Sovita mansetti potilaalle.

2



Kytke mansetti pumppuun.


3



Käynnistä painamalla keskimmäistä ohjauspainiketta.


Hoidon lopettaminen

1




Paina keskimmäistä ohjauspainiketta pitkään.

2



Irrota mansetti pumpusta.


3



Sammuta pumppu painamalla virtapainiketta pitkään.


Potilaan käyttölaskimen lukeminen – tunnit ja minuutit (ohjelmistoversiosta 2.210 alkaen)

1



Tunnit näytetään, kun pumppu käynnistetään. (12 h)

2




Voit näyttää minuutit painamalla oikeaa ohjauspainiketta.



Minuutit näytetään viiden sekunnin ajan (-14 = 14 minuuttia).


3



Tuntien näyttö palautuu automaattisesti. Puristusaika = 12 tuntia, 14 minuuttia.


Potilaan käyttölaskimen nollaaminen – tunnit ja minuutit

1




Paina oikeaa ohjauspainiketta pitkään.

2



Nollaa painamalla keskimmäistä ohjauspainiketta pitkään.


3



Tallenna uusi asetus painamalla oikeaa ohjauspainiketta.


Hälytysäänenvoimakkuuden asetuksen muuttaminen

1




Paina vasenta ohjauspainiketta.

2



Muuta äänenvoimakkuutta painamalla keskimmäistä ohjauspainiketta.

3



Tallenna painamalla vasenta ohjauspainiketta.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

416208FI_04 • 06/2020

arjo
with people in mind