Sara Combilizer

UWAGA



Aby chronić oczy i skórę, zawsze noś okulary i rękawice ochronne.

W razie kontaktu opłukać obfitym strumieniem wody. W przypadku podrażnienia oczu lub skóry zgłosić się do lekarza.

Należy zawsze przeczytać instrukcję obsługi i kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej dla środka dezynfekcyjnego.

Umyć i zdezynfekować przed zmianą pacjenta.

Potrzebne akcesoria

- Okulary ochronne
- Rękawice ochronne
- Ręczniki jednorazowe
- Spryskiwacz z wodą
- Spryskiwacz z łagodnym, neutralnym detergentem
- Spryskiwacz z zatwierdzonym środkiem dezynfekcyjnym
- Zatyczka ochronna (do przyłącza kabla pilota)

Zatwierdzone detergenty/środki dezynfekcyjne

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV
- Alkohol (izopropanol 70%)
- Podchloryn sodu 0,1-0,5%
- Łagodny, neutralny detergent

Czyszczenie

1. Ustawić urządzenie Sara Combilizer w pozycji fotela (tryb normalny).
2. Ustawić fotel na ergonomiczną wysokość.
3. Odpowiednio zamocować zatyczkę ochronną lub wtyczkę pilota w przyłączu na uchwycie do transportu.
4. Zdjąć poduszkę oraz wszystkie pasy bezpieczeństwa.
5. Zamoczyć ręcznik jednorazowy w wodzie i usunąć widoczne plamy oraz zanieczyszczenia.
6. Spryskać detergentem wszystkie części, w tym uchwyt do transportu, panel sterowania i pilota.
7. Spryskać detergentem poduszkę i pasy bezpieczeństwa.
8. Zmoczyć nowy ręcznik jednorazowy w wodzie i usunąć detergent.
9. Jeżeli detergentu nie można usunąć, należy spryskać powierzchnię wodą i wytrzeć ręcznikiem jednorazowym.
10. Powtarzać tę czynność, aż zostanie usunięty cały detergent.
11. Pozostawić wszystkie części do wyschnięcia.

Dezynfekcja

12. Spryskać zatwierdzonym środkiem dezynfekcyjnym wszystkie części, w tym uchwyt do transportu, panel sterowania i pilota.
13. Spryskać zatwierdzonym środkiem dezynfekcyjnym poduszkę i pasy bezpieczeństwa.
14. Pozostawić środek dezynfekcyjny na elementach zgodnie z zalecanym czasem dezynfekcji wskazanym na opakowaniu lub na co najmniej 2 minuty.
15. Zetrzeć wszystkie pozostałości środka dezynfekcyjnego ręcznikami jednorazowymi.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.KC.07PL_1 • 06/2020

with people in mind