Sara Combilizer

VAROVANIE



Na ochranu zraku a pokožky vždy používajte ochranné okuliare a rukavice.

V prípade kontaktu opláchnite veľkým množstvom vody. Ak dôjde k podráždeniu očí alebo pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc.

Vždy si prečítajte návod na používanie a kartu bezpečnostných údajov pre materiály dezinfekčného prostriedku.

Vyčistite a dezinfikujte pred použitím ďalším pacientom/klientom.

Potrebné príslušenstvo

- Ochranné okuliare
- Ochranné rukavice
- Jednorazové utierky
- Fľaša s ostrekovačom s vodou
- Sprej s jemným neutrálnym čistiacim prostriedkom
- Sprej so schváleným dezinfekčným prostriedkom
- Ochranná zátka (na pripojenie ručného ovládača)

Overené čistiace/dezinfekčné prostriedky

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV
- Alkohol (70 % izopropanol)
- 0,1 – 0,5 % chlórnan sodný
- Jemné neutrálne čistiace prostriedky

Čistenie

1. Zariadenie Sara Combilizer uveďte do polohy stoličky (normálny režim).
2. Výšku stoličky nastavte do ergonomickej pracovnej výšky.
3. Do miesta pripojenia na ovládacej rukoväti správne vložte buď ochrannú zátku, alebo konektor ručného ovládača.
4. Odoberte podhlavník a všetky bezpečnostné pásy.
5. Namočte jednorazovú utierku do vody a odstráňte viditeľné škvrny a nečistoty.
6. Čistiaci prostriedok nastriekajte na všetky časti vrátane prepravnej rukoväti, ovládacieho panela a ručného ovládača.
7. Čistiaci prostriedok samostatne nastriekajte na podhlavník a bezpečnostné pásy.
8. Navlhčite novú jednorazovú utierku vodou a odstráňte všetok čistiaci prostriedok.
9. Ak nie je možné odstrániť čistiaci prostriedok, nastriekajte vodu a utrite jednorazovou utierkou.
10. Postup opakujte, kým neodstránite všetok čistiaci prostriedok.
11. Nechajte všetky časti vyschnúť.

Dezinfekcia

12. Schválený dezinfekčný prostriedok nastriekajte na všetky časti vrátane prepravnej rukoväti, ovládacieho panela a ručného ovládača.
13. Schválený dezinfekčný prostriedok samostatne nastriekajte na podhlavník a bezpečnostné pásy.
14. Dezinfekčný prostriedok nechajte na všetkých častiach pôsobiť odporúčaný čas uvedený na fľaštičke, v každom prípade najmenej 2 minúty.
15. Jednorazovými utierkami utrite všetky stopy dezinfekčného prostriedku.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.KC.07SK_1 • 06/2020

arjo
with people in mind