# Sara Combilizer

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Για την αποφυγή βλάβης στα μάτια ή στο δέρμα χρησιμοποιείτε πάντα προστατευτικά γυαλιά και γάντια.
Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Εάν παρουσιαστεί ερεθισμός στα μάτια ή το δέρμα, αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
Διαβάζετε πάντα τις Οδηγίες Χρήσης και το Φύλλο Δεδομένων Ασφάλειας Υλικού του απολυμαντικού.

Καθαρίστε και απολυμάνετε το προϊόν μετά από κάθε χρήση σε ασθενή.

Απαραίτητα εξαρτήματα

- Προστατευτικά γυαλιά
- Προστατευτικά γάντια
- Πετσέτες μίας χρήσης
- Φιάλη ψεκασμού με νερό
- Φιάλη ψεκασμού με ήπιο ουδέτερο απορρυπαντικό
- Φιάλη ψεκασμού με εγκεκριμένο απολυμαντικό
- Προστατευτικό κάλυμμα (για τη σύνδεση καλωδίου χειριστηρίου ελέγχου)

Επαληθευμένα απορρυπαντικά/απολυμαντικά

- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV
- Αλκοόλη (ισοπροπανόλη 70%)
- Υποχλωρίδιο του νατρίου 0,1-0,5%
- Ήπιο ουδέτερο καθαριστικό

## Καθαρισμός

1. Τοποθετήστε το Sara Combilizer σε θέση καρέκλας (κανονική λειτουργία).
2. Προσαρμόστε το ύψος της καρέκλας σε εργονομικό ύψος εργασίας.
3. Τοποθετήστε σωστά το προστατευτικό κάλυμμα ή το κάλυμμα επαφής του χειριστηρίου στο σημείο σύνδεσης στη λαβή οδήγησης.
4. Αφαιρέστε το μαξιλάρι και όλες τις ζώνες ασφαλείας.
5. Ποτίστε μια πετσέτα μιας χρήσης με νερό και αφαιρέστε τους ορατούς λεκέδες και ρύπους.
6. Ψεκάστε απορρυπαντικό σε όλα τα μέρη, όπως στη λαβή μεταφοράς, τον πίνακα χειρισμού και το χειριστήριο ελέγχου.
7. Ψεκάστε απορρυπαντικό στο μαξιλάρι και στις ζώνες ασφαλείας.
8. Ποτίστε μια νέα πετσέτα μιας χρήσης με νερό και αφαιρέστε όλα τα ίχνη απορρυπαντικού.
9. Εάν το απορρυπαντικό δεν μπορεί να αφαιρεθεί, ψεκάστε με νερό την περιοχή και σκουπίστε με πετσέτα μίας χρήσης.
10. Επαναλάβετε έως ότου έχει αφαιρεθεί όλη η ποσότητα του απορρυπαντικού.
11. Αφήστε όλα τα εξαρτήματα να στεγνώσουν.

## Απολύμανση

12. Ψεκάστε εγκεκριμένο απολυμαντικό σε όλα τα μέρη, όπως στη λαβή μεταφοράς, τον πίνακα χειρισμού και το χειριστήριο ελέγχου.
13. Ψεκάστε εγκεκριμένο απολυμαντικό στο μαξιλάρι και στις ζώνες ασφαλείας.
14. Αφήστε το απολυμαντικό επάνω στα εξαρτήματα σύμφωνα με το συνιστώμενο χρόνο απολύμανσης που επισημαίνεται στη φιάλη ή για τουλάχιστον 2 λεπτά.
15. Σκουπίστε όλα τα ίχνη απολυμαντικού με πετσέτες μίας χρήσης.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com



with people in mind