Reinigungs- und Desinfektionsdusche

CE 2797

Duschen des Patienten

1

Aktivieren Sie die Bremsen.



Bringen Sie den Patienten zur Reinigungs- und Desinfektionsdusche.
(A) – Positionieren Sie das Ablaufloch über der Toilette oder dem Spülbecken oder
(B) – Positionieren Sie das Ablaufloch über dem Bodenablauf.
Aktivieren Sie die Bremsen.

2



Stellen Sie die erforderliche Temperatur ein.

3

Verbrühungsrisiko.

Nehmen Sie den Duschgriff und richten Sie ihn vom Patienten weg. Prüfen Sie die Wassertemperatur mit der bloßen Hand. Betätigen Sie den Hebel am Duschgriff und stellen Sie den Wasserfluss ein.

4



Duschen Sie den Patienten.

arjo with people in mind

Reinigung und Desinfektion eines Duschstuhls oder -wagens

1



Legen Sie die Schutzhandschuhe an und setzen Sie die Schutzbrille auf.

2



Öffnen Sie das Desinfektionsmittelfach und prüfen Sie den Desinfektionsmittel-stand in der Flasche.

3

Führen Sie keine Desinfektion in der Nähe von Patienten durch.



Vergewissern Sie sich, dass der Schlauch (A) mit der Absaugung verbunden ist. Nehmen Sie den Desinfektionssprühgriff (B) vom Haken.

4



Stellen Sie den Desinfektionsmittelregler auf die maximale Stufe (A). Stellen Sie die Temperatur so niedrig wie möglich ein (B).

5

Besprühen Sie den Duschstuhl oder -wagen mit Desinfektionsmittel.

6



Überprüfen Sie das Mischungsverhältnis des Desinfektionsmittels am Durchflussmesser und passen Sie es ggf. an (siehe Bedienungsanleitung).

7



Desinfektion des Duschstuhls oder -wagens.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind