
Sprchový a dezinfekční panel

CE 2797

Osprchujte pacienta/klienta


1

Aktivujte brzdy.



Přesuňte pacienta/klienta ke sprchovému a dezinfekčnímu panelu.
(A) – Odtok umístěte nad záchodovou mísu nebo výlevku.
(B) – Odtok umístěte nad výlevku v podlaze.
Zabrzděte židli.


2



Nastavte požadovanou teplotu.


3

Nebezpečí opaření.



Uchopte rukojeť sprchy a namiřte ji směrem od pacienta/klienta. Holou rukou vyzkoušejte teplotu vody. Stiskněte spoušť na rukojeti sprchy a nastavte průtok.

4




Osprchujte pacienta/klienta.

arjo with people in mind


Čištění a dezinfekce sprchové židle nebo vozíku

1



Nasaďte si ochranné rukavice a brýle.


2



Otevřete dvířka panelu a zkontrolujte množství dezinfekčního prostředku v láhvi.


3

Neprovádějte dezinfekci v blízkosti pacienta/klienta.



Zkontrolujte, zda je k sání připojena hadice (A). Sundejte rozprašovací dezinfekční rukojeť (B) z háku.

4




Otevřete průtok dezinfekce na maximum (A). Teplotu nastavte na minimum (B).

5




Nastříkejte dezinfekční prostředek na sprchovou židli nebo vozík.

6



Na průtokoměru zkontrolujte směsný poměr dezinfekčního prostředku a podle potřeby upravte (viz návod).

7



Vydezinfikujte sprchovou židli nebo vozík.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind