
Panel natryskowy i dezynfekujący

CE 2797

Mycie pacjenta pod prysznicem


1

Założyć hamulce.



Ustawić pacjenta przy panelu natryskowym i dezynfekującym.
(A) — Ustawić otwór odpływowy nad toaletą lub zlewem albo
(B) — Ustawić otwór odpływowy nad odpływem podłogowym.
Zablokować hamulce.


2



Ustawić temperaturę wody.


3

Ryzyko oparzenia.



Unieść słuchawkę prysznicową i skierować ją z dala od pacjenta.
Sprawdzić temperaturę wody ręką.
Nacisnąć język spustowy słuchawki prysznicowej i wyregulować przepływ.

4




Umyć pacjenta pod prysznicem.

arjo
with people in mind


Czyszczenie i dezynfekcja fotela lub wózka prysznicowego

1



Założyć rękawice i okulary ochronne.


2



Otworzyć drzwi panelu i sprawdzić ilość środka dezynfekcyjnego w butelce.


3

Nie dezynfekować w pobliżu pacjenta.



Sprawdzić, czy wąż (A) jest podłączony do ssania. Zdjąć dźwignię spryskiwacza dezynfekującego (B) z haczyka.

4




Otworzyć strumień przepływu środka dezynfekcyjnego na maksimum (A). Ustawić jak najniższą temperaturę (B).

5




Natrysnąć środek dezynfekcyjny na fotel lub wózek prysznicowy.

6



Sprawdzić proporcje środka dezynfekcyjnego na przepływomierzu i w razie potrzeby wyregulować (patrz instrukcja obsługi).

7



Zdezynfekować fotel lub wózek prysznicowy.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind