
# Panou pentru duș și dezinfectare

CE 2797

## Dușarea pacientului


**1**

Acționați frânele.




Transferați pacientul la Panoul pentru duș și dezinfectare.
(A) - Poziționați orificiul de scurgere deasupra toaletei sau bazinului de WC, sau
(B) - Poziționați gura de evacuare deasupra scurgerii din podea.
Activați elementele de blocare.


**2**



Reglați temperatura necesară.


**3**

Risc de opărire.



Ridicați para de duș și orientați-o departe de pacient. Verificați temperatura apei pe mâna dumneavoastră. Apăsați declanșatorul perei de duș și reglați debitul.

**4**




Spălați pacientul cu dușul.



arjo
with people in mind


# Curățarea și dezinfectarea unui scaun sau cărucior pentru duș

**1**



Folosiți mănuși și ochelari de protecție.


**2**



Deschideți ușa panoului și verificați dacă există suficient dezinfectant în recipient.


**3**

Nu dezinfectați în apropierea pacientului.




Verificați dacă furtunul (A) este conectat la aspirare. Detașați pistolul spray dezinfectant (B) de pe cârlig.

**4**





Deschideți debitul dezinfectantului la maximum (A). Reglați temperatura la cea mai scăzută valoare posibilă (B).

**5**




Pulverizați dezinfectant pe scaunul sau căruciorul pentru duș.

**6**




Verificați și, dacă este necesar, reglați raportul de amestec al dezinfectantului pe debitmetru (consultați IDU).

**7**



Dezinfectați scaunul sau căruciorul pentru duș.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com



with people in mind