
CE 2797

ชุดฝักบัวและการฆ่าเชื้อ

การอาบน้ำผู้ป่วย


1

กดเบรค



เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังชุดฝักบัวและการฆ่าเชื้อ
(A) - จัดตำแหน่งท่อระบายน้ำให้อยู่เหนือสุขภัณฑ์หรืออ่างน้ำทิ้ง หรือ
(B) - จัดตำแหน่งช่องระบายน้ำให้อยู่เหนือท่อระบายน้ำที่พื้น
กดเบรค


2



ตั้งอุณหภูมิที่ต้องการ


3

ระวังน้ำร้อนลวก



ยกด้ามจับฝักบัวออกและหันออกจากตัวผู้ป่วย เปิดน้ำใส่มือเพื่อเช็คอุณหภูมิก่อน กดด้ามกดบนด้ามจับฝักบัวและปรับการไหลของน้ำ

4




ใช้ฝักบัวล้างตัวผู้ป่วย

arjo
with people in mind


การทำความสะอาดและการฆ่าเชื้อเก้าอี้อาบน้ำหรือเตียงอาบน้ำ

1




สวมถุงมือและแว่นตาป้องกัน

2




เปิดฝาด้านหน้าและตรวจสอบปริมาณสารฆ่าเชื้อในขวด

3 อย่าฆ่าเชื้อใกล้ตัวผู้ป่วย



ตรวจสอบว่าท่อ (A) ได้เสียบต่อเข้ากับส่วนดูดแล้ว ถอดหัวฉีดสเปรย์ฆ่าเชื้อ (B) ออกจากตะขอเกี่ยว

4




ปรับระดับการไหลของสารฆ่าเชื้อไปที่สูงสุด (A) ตั้งอุณหภูมิไปที่ต่ำสุด (B)

5




ฉีดพ่นสารฆ่าเชื้อบนเก้าอี้อาบน้ำหรือเตียงอาบน้ำ

6



ตรวจสอบสัดส่วนผสมสารฆ่าเชื้อที่เครื่องวัดการไหล ปรับค่าหากจำเป็น (ดู IFU)

7



ทำการฆ่าเชื้อเก้าอี้อาบน้ำหรือเตียงอาบน้ำ

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind