
淋浴与消毒面板

CE 2797

为患者淋浴


1

启用制动器。



将患者移至 淋浴与消毒面板。
(A) - 将排水孔置于马桶或冲洗水槽上方，或者
(B) - 将排水出口置于地漏上方
施加脚轮制动。


2



设置所需温度。


3

烫伤的风险。



提起淋浴手柄，使其喷淋方向远离患者身体。用手感知水温。按下淋浴手柄扳机，调节水流。

4




为患者淋浴。

arjo
with people in mind


淋浴椅或轮床的清洁与消毒

1



戴上防护手套和护目镜。


2



打开面板门，检查瓶内是否有消毒剂。


3

不要在患者附近进行消毒。



检查软管 (A) 是否与抽吸部件相连。
将消毒喷淋手柄 (B) 从挂钩上取下。

4




将消毒水流开至最大 (A)。温度要尽量设低 (B)。

5




在淋浴椅或轮床上喷消毒剂。

6



检查流量计上的消毒剂混配比，必要时进行调节（请见使用说明书 (IFU)）。

7



为淋浴椅或轮床消毒。

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

with people in mind