
CE 2797

Miranti

أداة التحكم اليدوي



لوحة التحكم



رفع النقالة.

خفض النقالة.


رفع مسند الظهر.

خفض مسند الظهر.

استخدام الفرامل المركزية.
ضوء وامض = الفرامل نشطة.

تحرير الفرامل المركزية.


مفتاح الطوارئ



اضغط على الزر واسحب البطارية إلى الخارج.


الرفع/الخفض في حالة الطوارئ

١



افصل أداة التحكم اليدوي.


٢



أدخل أداة رفيعة وغير حادة في الفتحة واضغط لرفع ترولي رفع المرضى للاستحمام أو خفضه.
لا تستخدم أداة حادة.


مسند الظهر والحبل المزود بخطاف

١



اربط الحبل المزود بخطاف بالجزء العلوي من الزر الموجود على النقالة.

٢



لف الخطاف لأعلى.


٣



استخدم الأزرار لرفع مسند الظهر وخفضه


الحاجز الجانبي وقابضة تأمين المريض

١




ارفع المقبض لأعلى.

٢




اخفض المقبض بعيدًا عن رأس المريض.


٣




ضع الحاجز الجانبي.

الدفع الآلي








اضغط مع الاستمرار على الزر لخفض العجلة الخامسة وبدء محرك الدفع الكهربائي.

وسادة دعم الفخذ

للتركيب



للإزالة



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com