
Bolero

CE 2797


Hädaseiskamine



Tõsteliigutuse kiireks peatamiseks ühendage aku lahti ja eemaldage see.


Tõstmine ja allalaskmine hädaolukorras

1




Ühendage käsijuhtimispult lahti.

2




Kasutage surumiseks nüri eset.
Tõstmine: vajutage auku üles suunatud noole juures.
Langetamine: vajutage auku alla suunatud noole juures.

Käsitsi tõstmine ja langetamine




Tõstmine: pumbake kogu pumba liikumisulatuses.




Langetamine: vajutage langetamise nuppu.

Elektriajami abil tõstmine ja allalaskmine



Tõstmine: vajutage üles suunatud noolt.
Langetamine: vajutage alla suunatud noolt.


Pidurid



Piduri rakendamine: vajutage alla.

Piduri vabastamine: lükake üles.

Seljatugi



Vabastage üks kinnitusosadest (A) ja tõstke või langetage seljatoeks valitud pool soovitud nurga alla.

Käepidemed




Transpordi ja vannitamise ajal: Laske alla käepide, mis on seatud patsiendi vöökohast kõige kaugemale.

arjo with people in mind


Madratsi kinnitamine

1




Madratsi kinnitamisel või eemaldamisel alustage alati külgmise riba servast.

2



Kinnitage kõigepealt külgmine riba (A) ümber hüdraulikaposti (B) kõrval oleva tugiraami serva. Vajutage külgmise riba kinnitamiseks sellele käega ja siluge piki riba.


3



Laotage madrats lahti ja kinnitage teine külgmine riba (C). Fikseerige madrats kiirklambritega (D).


Tugiraami pikkuse reguleerimine

1



Eemaldage pea- või jalatugi (A) ja kruvid (B).

2



Pöörake lükkesanga (C) 180°. Kinnitage pea- või jalatugi (A) ja kruvid (B).

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind