
BRZI REFERENTNI VODIČ – FUNKCIJE

Bolero

CE 2797


Zaustavljanje u hitnom slučaju



Pokret podizanja brzo prekinite tako da odvojite i skinite bateriju.


Podizanje i spuštanje u hitnom slučaju

1




Iskopčajte ručnu kontrolu.

2




Pritisnite upotrebljavajući tupi predmet.
Podizanje: otvor pritisnite strelicom prema gore.
Spuštanje: otvor pritisnite strelicom prema dolje.

Ručno podizanje i spuštanje




Podizanje: pumpajte u punom opsegu kretanja.




Spuštanje: pritisnite gumb za spuštanje.

Električno podizanje i spuštanje



Podizanje: pritisnite strelicu prema gore.
Spuštanje: pritisnite strelicu prema dolje.


Kočnice



Zakočite: pritisnite.

Otpustite kočnicu: gurnite prema gore.

Oslonac za leđa



Otpustite jednu od poluga (A) i podignite ili spustite stranu odabranu kao oslonac za leđa pod željenim kutom.

Ručke




Tijekom prijenosa i kupanja: Spustite ručku koja je najdalje od pacijentovog struka.

arjo with people in mind


Postavljanje madraca

1




Da biste pričvrstili ili uklonili madrac uvijek krenite od ruba bočne trake.

2



Pričvrstite bočnu traku (A) oko strane nosila koka se nalazi uz hidraulični stup (B).
Pritisnite i povucite dlan duž bočne strane da biste ga učvrstili.


3



Rastegnite madrac i pričvrstite drugu bočnu traku (C).
Madrac učvrstite brzospojnim kopčama (D).


Podešavanje duljine nosila

1



Skinite oslonac za glavu ili stopala (A) i otpustite vijke (B).

2



Ručicu za prijenos (C) okrenite za 180°.
Pričvrstite oslonac za glavu ili stopala (A) i vijke (B).

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

with people in mind