
간편 참조 안내 - 기능

Bolero

CE 2797


응급 정지 장치



리프트 이동을 재빨리 정지하려면 배터리를 분리하십시오.


응급 상승/하강

1




수동 제어 장치를 분리합니다.

2




뭉툭한 물체를 이용하여 누르십시오.
올리기: 위쪽 화살표 쪽 구멍을 누릅니다.
내리기: 아래쪽 화살표 쪽 구멍을 누릅니다.

수동 상승 및 하강




올리기: 끝에서 끝으로 완전히 움직이면서 펌핑합니다.




내리기: 하강 버튼을 누릅니다.

전동 상승 및 하강




올리기: 위쪽 화살표를 누릅니다.
내리기: 아래쪽 화살표를 누릅니다.

브레이크



브레이크 걸기: 아래로 누름
브레이크 풀기: 위로 밀기

등받이



걸쇠(A) 중 하나를 풀어 등받이로 선택한 측면을 원하는 각도로 올리거나 내립니다.

핸들바




이송 및 목욕 도중:
환자의 허리에서 가장 멀리 떨어져 있는 핸들바를 낮춥니다.

arjo with people in mind


매트리스 장착

1




매트리스를 탈부착할 때에는 항상 측면 가장자리에서부터 시작합니다.

2



유압 필러(B) 옆에 있는 들것 가장자리의 측면 스트립(A)을 부착합니다.
측면 스트립을 따라 손바닥같이 생긴 부분을 누르고 잡아당겨 조입니다.


3



매트리스를 펴고 반대편 스트립(C)을 조입니다.
퀵그립으로 매트리스를 제자리에 고정시킵니다(D).


들것의 길이 조정

1



머리 또는 발 지지대(A)를 분리하고 나사(B)를 풉니다.

2



운반 손잡이(C)를 180° 회전시킵니다.
머리 또는 발 지지대(A)와 나사(B)를 조입니다.