
Carevo


Siirto sängystä

1




Kytke sängyn jarrut.

2




Sijoita liukualusta potilaan alle.
Aseta tyyny potilaan pään alle.
Laske sivukaide alas potilaan siirtopuolelta.

3




Aseta suihkuvaunu vuoteen viereen siirtopuolelle. Käännä suihkuvaunun patja alas siirtopuolelta.

4




Paina alas ja kiinnitä suihkuvaunun patjan kulmat pääty-/jalkapaneelin ja tukilevyn väliin.

5




Säädä suihkuvaunun korkeutta niin, että se on hieman sänkyä matalammalla.

6 Kallistumisen vaara




Älä nosta tai laske muita laitteita.
Työnnä suihkuvaunu vuodetta vasten.

7



Kytke suihkuvaunun jarrut.

8 Kallistumisen vaara



Älä nosta tai laske muita laitteita.
Siirrä potilas.
Tarkkaile potilaan päätä.


Jatka seuraavalla sivulla kuvattujen vaiheiden mukaan.

with people in mind

Siirtyminen sängystä jatkuu

9

Pois luisumisen vaara




Pidä patjan sivut ylhäällä, ei taitettuina.
Aseta potilas oikein Flexi Zone -joustoalueelle.
Potilaan takapuoli ääriviivojen sisällä (**A**).
Potilaan lonkkataipeet linjassa patjan ihmishahmon kanssa (**B**).

10



Vaihda sängyn tyynyn tilalle suihkuvaunun tyyny.
Poista liukualusta.

11



Vapauta suihkuvaunun jarrut.


12

Puristumisvaara
Putoamisen vaara



Pidä potilaan hiukset, käsivarret ja jalat vartalon lähellä.
Siirrä suihkuvaunu varovasti pois sängyn luota, jotta voit kääntää ylös ja lukita suihkuvaunun sivulaidan.

13




Jos suihkuvaunussa on säädettävä selkätuki, nosta se ylös.
Siirrä potilas.

with people in mind


Siirtyminen sänkyyn

1



Kytke sängyn jarrut.
Laske sängyn sivukaide alas siirtopuolelta.

2




Kytke suihkuvaunun jarrut.
Jos suihkuvaunussa on säädettävä selkätuki, laske se alas.

3



Sijoita liukualusta potilaan alle.


4



Vapauta suihkuvaunun jarrut.

5

⚠ Puristumisvaara



Pidä potilaan hiukset, käsivarret ja jalat vartalon lähellä.
Aseta suihkuvaunu sängyn lähelle.
Laske suihkuvaunun sivulaita alas siirtopuolelta.

6


⚠ Kallistumisen vaara



Työnnä sitten suihkuvaunu välittömästi niin, että se tulee osittain sängyn päälle.
Laske suihkuvaunu alas sängyn päälle, jotta siirto sujuu tasaisesti.

7

⚠




Kytke suihkuvaunun jarrut.

Jatka seuraavalla sivulla kuvattujen vaiheiden mukaan.

arjo
with people in mind


Siirtyminen sänkyyn jatkuu

8




Tarkista, että suihkuvaunun patja on sängyn päällä.
Siirrä potilas liukualustalla.
Tarkkaile potilaan päätä.

9




Vaihda suihkuvaunun tyynyn tilalle sängyn tyyny.
Poista liukualusta.

10



Vapauta suihkuvaunun jarrut.

11




Siirrä suihkuvaunu pois sängyn luota.
Desinfioi suihkuvaunu.

arjo
with people in mind

Siirtyminen nostoliinanostimesta

1



Suihkuvaunu:
- Laske alimpaan korkeuteen.
- Kytke jarrut.
- Taita ylös ja lukitse sivulaidat.
- Laita tyyny paikalleen.

2


Puristumisvaara
Putoamisen vaara



Pidä potilaan hiukset, käsivarret ja jalat vartalon lähellä.
Jos suihkuvaunussa on säädettävä selkätuki, nosta se ylös istuma-asentoon. Laske potilas suihkuvaunuun.

3

Pois luisumisen vaara




Pidä patjan sivut ylhäällä, ei taitettuina.
Aseta potilas oikein Flexi Zone -joustoalueelle.
Potilaan takapuoli ääriviivojen sisällä.
Potilaan lonkkataipeet linjassa ihmishahmon kanssa.

4



Irrota nostoliina nostokaaresta.
Siirrä nostin pois suihkuvaunun vierestä.

5




Säädä suihkuvaunu ergonomiselle korkeudelle.
Jos suihkuvaunussa on säädettävä selkätuki, laske se alas.

6



Ota nostoliina pois potilaan alta.

7




Vapauta suihkuvaunun jarrut.
Siirrä potilas.

arjo
with people in mind


Siirtyminen nostoliinanostimeen

1




Kytke suihkuvaunun jarrut.

2



Jos suihkuvaunussa on säädettävä selkätuki, laske se alas.

3



Asettele nostoliina potilaan ympärille.

4



Laske suihkuvaunu alimpaan korkeuteen.
Aseta nostokaari suihkuvaunun yläpuolelle.
Kiinnitä nostoliina nostokaareen.


5

Puristumisvaara
Putoamisen vaara



Pidä potilaan hiukset, käsivarret ja jalat vartalon lähellä.
Lukitse sivulaidat.
Nosta potilas pois suihkuvaunusta.

6




Desinfioi suihkuvaunu.


with people in mind

Suihkuta potilas

1




A



B

Aseta suihkuvaunun ylätyhjennysputki WC:n/kaatoaltaan päälle (**A**) tai aseta alatyhjennysputki tyhjennysletkupidikkeeseen lattiakaivon päälle (**B**).


2



Kytke suihkuvaunun jarrut.


3

Palovammojen vaara




Riisu potilas.
Valitse sopiva veden lämpötila.
Suuntaa suihkukahva potilaasta **poispäin**.
Käännä vesi päälle.
Tarkista lämpötila **omalla** paljaalla kädelläsi.

4




Suihkuta potilas.

5



Valuta vesi pois ja kuivaa potilas ja patja.

6




Suojaa potilas tai pue hänelle vaatteet.

7




Aseta alatyhjennysputki takaisin pidikkeeseen tai liitä alatyhjennysputki ylätyhjennysputkeen.

8



Vapauta suihkuvaunun jarrut.

9



Siirrä potilas.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind