
Carevo


การเคลื่อนย้ายจากเตียง

1




กดเบรคที่เตียง

2




วางอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายใต้ตัวผู้ป่วย
วางหมอนใต้ศีรษะผู้ป่วย
ลดราวกั้นเตียงด้านเคลื่อนย้ายลง

3




จัดตำแหน่งเตียงอาบน้ำฝักบัวให้อยู่ถัดจาก
ด้านเคลื่อนย้ายของเตียง พับเบาะของเตียง
อาบน้ำฝักบัวบนด้านเคลื่อนย้ายลง

4




กดและยึดมุมเบาะของเตียงอาบน้ำฝักบัว
ระหว่างแผงส่วนศีรษะ/ส่วนปลายเท้าและ
แผ่นรอง

5




ปรับความสูงของเตียงอาบน้ำฝักบัว
เพื่อให้ต่ำกว่าเตียงเล็กน้อย

6 ระวังผู้ป่วยพลิกเอียง



อย่าเพิ่มหรือลดระดับอุปกรณ์อื่น
ดันเตียงอาบน้ำฝักบัวเข้าหาเตียง

7



กดเบรคที่เตียงอาบน้ำฝักบัว

8 ระวังผู้ป่วยพลิกเอียง



อย่าเพิ่มหรือลดระดับอุปกรณ์อื่น เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
คอยระวังศีรษะของผู้ป่วย


ต่อด้วยขั้นตอนต่างๆ ในหน้าถัดไป

with people in mind

การเคลื่อนย้ายจากเตียง (ต่อ)

9

ระวังผู้ป่วยลื่น




จัดการให้ด้านข้างของเบาะยกขึ้น ไม่ใช่พับอยู่
จัดตำแหน่งผู้ป่วยบน Flexi zone อย่างถูกต้อง
สะโพกของผู้ป่วยอยู่ภายในเส้นตามภาพ **(A)**
ขาหนีบของผู้ป่วยอยู่ในตำแหน่งตามภาพคน **(B)**

10



เปลี่ยนหมอนบนเตียงด้วยหมอนรองศีรษะของเตียงอาบน้ำฝักบัว
นำอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายออก

11



ปล่อยเบรคที่เตียงอาบน้ำฝักบัว


12

ระวังผู้ป่วยเกี่ยวติด
ระวังผู้ป่วยร่วงหล่น



ดูแลให้ผม แขน และเท้าของผู้ป่วยแนบกับลำตัว
เลื่อนเตียงอาบน้ำฝักบัวอย่างระมัดระวังให้ห่างจากเตียงเพียงพอ แล้วพับขึ้น
ราวด้านข้างที่เตียงอาบน้ำฝักบัวและล็อค

13




ยกส่วนรองรับหลังแบบปรับได้ของเตียงอาบน้ำฝักบัวขึ้น หากมี
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

arjo
with people in mind


การเคลื่อนย้ายไปยังเตียง

1



กดเบรคที่เตียง
ลดราวกั้นเตียงด้านเคลื่อนย้ายลง

2




กดเบรคที่เตียงอาบน้ำฝักบัว
ลดส่วนรองรับหลังแบบปรับได้ของเตียงอาบน้ำฝักบัวลง หากมี

3



วางอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายใต้ตัวผู้ป่วย


4



ปล่อยเบรคที่เตียงอาบน้ำฝักบัว

5


ระวังผู้ป่วยเกี่ยวติด



ดูแลให้ผม แขน และเท้าของผู้ป่วยแนบกับลำตัว
จัดตำแหน่งเตียงอาบน้ำฝักบัวให้อยู่ใกล้เตียง
พับราวด้านข้างของเตียงอาบน้ำฝักบัวด้านที่เคลื่อนย้ายลง


6

ระวังผู้ป่วยพลิกเอียง



วางเตียงอาบน้ำฝักบัวให้ซ้อนบนเตียงทันที
ลดระดับเตียงอาบน้ำฝักบัวลงบนเตียงเพื่อให้พื้นผิวเคลื่อนย้ายเสมอกัน

7




กดเบรคที่เตียงอาบน้ำฝักบัว

ต่อด้วยขั้นตอนต่างๆ ในหน้าถัดไป

arjo
with people in mind


การเคลื่อนย้ายไปยังเตียง (ต่อ)

8




ตรวจสอบว่าเบาะของเตียงอาบน้ำฝักบัวอยู่บนเตียง
เคลื่อนย้ายผู้ป่วยโดยใช้อุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้าย
คอยระวังศีรษะของผู้ป่วย

9




เปลี่ยนหมอนรองศีรษะของเตียงอาบน้ำฝักบัว
ด้วยหมอนบนเตียง
นำอุปกรณ์ช่วยเคลื่อนย้ายออก

10



ปล่อยเบรคที่เตียงอาบน้ำฝักบัว

11




เลื่อนเตียงอาบน้ำฝักบัว
ออกจากเตียง
ฆ่าเชื้อเตียงอาบน้ำฝักบัว

arjo
with people in mind

การเคลื่อนย้ายจากสลิงลิฟต์

1



เตียงอาบน้ำฝักบัว:
- ลดความสูงลงสู่ระดับต่ำสุด
- กดเบรค
- พับราวด้านข้างขึ้นและล็อค
- วางหมอนรองศีรษะ

2


ระวังผู้ป่วยเกี่ยวติด
ระวังผู้ป่วยร่วงหล่น



ดูแลให้ผม แขน และเท้าของผู้ป่วยแนบกับลำตัว
ยกส่วนรองรับหลังแบบปรับได้ของเตียงอาบน้ำฝักบัวขึ้นให้เป็นท่านั่ง
หากมี วางผู้ป่วยลงบนเตียงอาบน้ำฝักบัว

3

ระวังผู้ป่วยลื่น




จัดการให้ด้านข้างของเบาะยกขึ้น ไม่ใช่พับอยู่
จัดตำแหน่งผู้ป่วยบน Flexi zone อย่างถูกต้อง
สะโพกของผู้ป่วยอยู่ภายในเส้นตามภาพ
ขาหนีบของผู้ป่วยอยู่ในตำแหน่งตามภาพคน

4



ปลดสลิงออกจากคานยึด
เลื่อนลิฟต์ออกจากเตียงอาบน้ำฝักบัว

5




ปรับความสูงของเตียงอาบน้ำฝักบัวให้อยู่ในระดับที่
ถูกหลักสรีรศาสตร์
ลดส่วนรองรับหลังแบบปรับได้ของเตียงอาบน้ำฝักบัวลง หากมี

6



นำสลิงออกจากข้างใต้ตัวผู้ป่วย

7




ปล่อยเบรคที่เตียงอาบน้ำฝักบัว
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

arjo
with people in mind


การเคลื่อนย้ายไปยังสลิงลิฟต์

1




กดเบรคที่เตียงอาบน้ำฝักบัว

2



ลดส่วนรองรับหลังแบบปรับได้ของเตียงอาบน้ำฝักบัวลง หากมี

3



ใส่สลิงรองใต้ตัวผู้ป่วย

4



ลดความสูงของเตียงอาบน้ำฝักบัวสู่ระดับต่ำสุด
จัดตำแหน่งคานยึดของลิฟต์บนเตียงอาบน้ำฝักบัว ติดสลิงกับคานยึด


5

ระวังผู้ป่วยเกี่ยวติด
ระวังผู้ป่วยร่วงหล่น



ดูแลให้ผม แขน และเท้าของผู้ป่วยแนบกับลำตัว
ล็อคราวด้านข้าง
ยกตัวผู้ป่วยออกจากเตียงอาบน้ำฝักบัว

6




ฆ่าเชื้อเตียงอาบน้ำฝักบัว


arjo
with people in mind

การอาบน้ำผู้ป่วย

1




A



B

จัดตำแหน่งท่อระบายน้ำส่วนบนของเตียง
อาบน้ำฝักบัวไว้บนสุขภัณฑ์/อ่างน้ำทิ้ง **(A)** หรือ
ช่องระบายน้ำส่วนล่างในที่ยึดท่อระบายน้ำ
เหนือท่อระบายน้ำที่พื้น **(B)**


2



กดเบรคที่เตียงอาบน้ำฝักบัว


3

ระวังน้ำร้อนลวก




ถอดเสื้อผ้าของผู้ป่วย
ตั้งอุณหภูมิน้ำ
หันด้ามจับฝักบัวออกและ**หันออก**จากตัวผู้ป่วย
เปิดน้ำ
ตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำด้วยมือเปล่า**ของคุณ**

4




อาบน้ำให้ผู้ป่วยด้วยฝักบัว

5



ระบายน้ำและทำให้ผู้ป่วยและ
เบาะแห้ง

6




ห่มผ้าหรือใส่เสื้อผ้าให้ผู้ป่วย

7




ต่อช่องระบายน้ำส่วนล่างเข้ากับ
ที่ยึดอีกครั้งหรือต่อท่อระบายน้ำ
ส่วนล่างกับท่อระบายน้ำส่วนบน

8



ปล่อยเบรคที่เตียง
อาบน้ำฝักบัว

9



เคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind