

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI — FUNKCJE

Carevo

Zakładane i zwalnianie hamulca




Zakładanie hamulca.




Zwalnianie hamulca.

Mechanizm prowadzenia w linii prostej




Założyć mechanizm prowadzenia.




Zwolnić mechanizm prowadzenia.

Panel sterowania




Poręcz boczna




A Pozycja wewnętrzna
B Pozycja zewnętrzna
C Pozycja opuszczona na dół

Przycisk zatrzymania awaryjnego




Jeżeli panel sterowania nie działa, nacisnąć przycisk zatrzymania awaryjnego, aby przerwać ruch.

Wkładanie akumulatora




Włożyć akumulator zaokrągloną krawędzią do góry.

Wyjmowanie akumulatora




Wyjąć akumulator.

Wygodne uchwyty




Uchwyty zwiększające komfort i podparcie pacjenta.

Strefa flexi



Rozkłada nacisk na dolną część pleców, kość ogonową i biodra pacjenta.

Pozycja Flexi Zone



Ułożyć pośladki pacjenta na środku Flexi Zone.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.BA.01PL_3 • 07/2020

arjo
with people in mind