
Carevo

Tisztítás

Engedélyezett fertőtlenítőszerek
- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV


Tartozékok
- Védőszemüveg
- Védőkesztyű
- Szórófejes palack (amennyiben zuhanypanel nem áll rendelkezésre)
- Fertőtlenítőfolyadék
- Eldobható törlők
- Puha sörtéjű tisztítókefe
- Üvegmosó kefe

1




Vegye fel a védőszemüveget és -kesztyűt.

2




Ellenőrizze, hogy a fertőtlenítőszer keverése megfelel-e:
– a fertőtlenítőszer címkéjén szereplő utasításoknak; vagy
– a zuhanypanel Használati útmutatójában megadott keverési aránynak.

3




Távolítsa el az alsó lefolyót és a párnát.

4



Öblítse le vízzel. Kezdje a matrac tetejétől, és haladjon lefelé a görgők irányába.

5




Öblítse le vízzel az alsó lefolyót és a párnát.

Folytassa a következő oldalon szereplő lépésekkel.

arjo
with people in mind

Tisztítás – folytatás

6




Puha sörtéjű tisztítókefét és fertőtlenítőszert használjon.
Kezdje a súrolást a matrac tetejétől, és haladjon lefelé a görgők irányába.
Fertőtlenítőszerbe mártott üvegmosó kefét használjon.
Tisztítsa meg a felső lefolyót.

7



Tisztítsa meg a matrac alját, a támaszlemezeket és a felső lefolyó külső részét.


8



Puha sörtéjű tisztítókefét használjon.
A párnát és az alsó lefolyót külön súrolja le.
Kerülje a matraccal való érintkezést, amíg a párnát nem fertőtlenítette.

Fertőtlenítés

9




Emelje fel a matracot, és helyezze a lábpanelre és az oldaltámaszokra. A matrac hátoldala nézzen felfelé.
Permetezzen fertőtlenítőszert a matrac hátoldalára.

10



Tisztítsa meg a matrac hátoldalát eldobható törlővel.

11




Permetezzen fertőtlenítőszert a fejvég következő részeire, és tisztítsa meg őket eldobható törlővel:
fejpanel, oldaltámaszok, támaszlemez, flexi zone.

Folytassa a következő oldalon szereplő lépésekkel.

arjo
with people in mind

Fertőtlenítés – folytatás

12




Helyezze a matrac fertőtlenített hátoldalát a fertőtlenített fejpanelre és oldaltámaszokra. A fertőtlenítetlen belső része nézzen felfelé. Nyomja ki a matrac sarkait.

13




Permetezzen fertőtlenítőszert a matrac belsejébe, és tisztítsa meg eldobható törlővel. A matrac sarkait nyomja be.

14




Permetezzen fertőtlenítőszert a lábvég következő részeire, és tisztítsa meg őket eldobható törlővel: lábpanel, oldaltámaszok, támaszlemez, flexi zone, felső lefolyó.

15



Permetezzen fertőtlenítőszert a felső lefolyóra, és tisztítsa meg üvegmosó kefével.

16



Helyezze vissza a matracot az eredeti helyzetébe.

17




Permetezzen fertőtlenítőszert. Kezdje a matrac tetejétől, és haladjon lefelé a görgők irányába.

18



A tisztítást eldobható törlővel végezze. Kezdje a matrac tetejétől, és haladjon lefelé a görgők irányába.

19




Hagyja kellő ideig hatni a fertőtlenítőszert.

Folytassa a következő oldalon szereplő lépésekkel.

arjo
with people in mind


Fertőtlenítés – folytatás

20



Permetezzen fertőtlenítőszert a párnára és az alsó lefolyóra, és külön-külön tisztítsa meg őket eldobható törlővel.

21




Csatlakoztassa az alsó lefolyót a felsőhöz, és helyezze a párnát a matracra.

22



Maradéktalanul öblítse le a fertőtlenítőszer-maradványokat hideg vízzel.
Kezdje a matrac tetejétől, és haladjon lefelé a görgők irányába. Öblítse le a matrac alját.

23



Minden elemet gondosan töröljön szárazra eldobható törlővel.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind