
„Carevo"

Valymas

Leistinos dezinfekavimo priemonės
- „Arjo Clean“
- „Arjo General Purpose Disinfectant“
- „Arjo Disinfectant Cleanser IV“
- „Arjo All Purpose Disinfectant“
- „Arjo CenKleen IV“


Priedai
- Apsauginiai akiniai
- Apsauginės pirštinės
- Purškalo buteliukas (jei nėra dušo skydelio)
- Dezinfekavimo skystis
- Vienkartiniai rankšluosčiai
- Minkštas šerinis valymo šepetėlis
- Butelių plovimo šepetėlis

1




Užsimaukite apsaugines pirštines ir užsidėkite apsauginius akinius.

2




Patikrinkite, kad dezinfekavimo priemonė sumaišyta pagal:
- dezinfekanto butelio etiketę arba
- maišymo santykį, nurodytą IFU dušo skydelyje

3




Nuimkite apatinę vandens išleidimo sistemos dalį ir išimkite pagalvę.

4



Nuplaukite švariu vandeniu. Pradėkite nuo čiužinio viršaus ir leiskitės žemyn link ratukų

5




Praskalaukite apatinę vandens išleidimo sistemos dalį.

Toliau atlikite kitame puslapyje nurodytus veiksmus

arjo
with people in mind

Valymas tęsiamas

6




Kartu su dezinfekavimo priemone naudokite šepetį minkštais šeriais. Pradėkite nuo čiužinio viršaus ir leiskitės žemyn link ratukų
Naudokite buteliuko šepetį, pamirkytą dezinfekavimo priemonėje.
Išvalykite viršutinę vandens išleidimo sistemos dalį.

7



Nepamirškite nuvalyti čiužinio apačią, atramines plokštes ir viršutinės vandens išleidimo sistemos dalies išorę.


8



Minkštas šerinis valymo šepetėlis
Atskirai nuvalykite pagalvę ir apatinę vandens išleidimo sistemos dalį.
Kol nebaigėte dezinfekuoti pagalvės, nedėkite jos ant čiužinio.

Dezinfekavimas

9




Pakelkite čiužinį ir padėkite jį ant pagrindo plokštės bei šoninių atramų. Čiužinys turi būti apverstas apatine puse į viršų.
Purkškite dezinfekavimo priemone apatinę čiužinio pusę.

10



Užpurkškite dezinfekavimo skysčio ir čiužinio apačią vienkartiniu rankšluosčiu

11




Užpurkškite dezinfekavimo priemonės ir vienkartiniu rankšluosčiu nuvalykite šias galvūgalio dalis:
galvūgalio atramą, šonines atramas, atraminę plokštę ir lanksčią zoną.

Toliau atlikite kitame puslapyje nurodytus veiksmus

arjo
with people in mind

Dezinfekavimas tęsiamas

12




Dezinfekuotą apatinę čiužinio pusę padėkite ant dezinfekuotos galvūgalio atramos ir šoninių atramų. Nedezinfekuokite čiužinio vidinės pusės, kai čiužinys yra viršutine puse į viršų.
Išstumkite čiužinio kampinius sulenkimus.

13




Užpurkškite dezinfekavimo priemonės ir vienkartiniu rankšluosčiu išvalykite viršutinę (vidinę) čiužinio pusę.
Įstumkite atgal čiužinio kampinius sulenkimus.

14




Užpurkškite dezinfekavimo priemonės ir nuvalykite šias kojūgalio dalis:
kojūgalio atramą, šonines atramas, atraminę plokštę, lanksčią zoną ir viršutinę vandens išleidimo sistemos dalį.

15



Užpurkškite dezinfekavimo skysčio ant viršutinės vandens išleidimo sistemos dalies ir išvalykite ją butelių plovimo šepetėliu.

16



Padėkite čiužinį į jo vietą.

17




Užpurkškite dezinfekavimo priemonės ant:
Pradėkite nuo čiužinio viršaus ir leiskitės žemyn link ratukų

18



Nuvalykite vienkartiniu rankšluosčiu.
Pradėkite nuo čiužinio viršaus ir leiskitės žemyn link ratukų

19




Palaukite, kol pasireikš dezinfekavimo priemonės poveikis.

Toliau atlikite kitame puslapyje nurodytus veiksmus

arjo
with people in mind


Dezinfekavimas tęsiamas

20



Užpurkškite dezinfekavimo skysčio ir atskirai vienkartiniu rankšluosčiu nuvalykite pagalvę ir apatinę vandens išleidimo sistemos dalį.

21




Apatinę vandens išleidimo sistemos dalį prijunkite prie viršutinės ir padėkite pagalvę ant čiužinio.

22



Visas dalis kruopščiai plaukite šaltu vandeniu, kol neliks jokių matomų dezinfekavimo priemonės likučių. Pradėkite nuo čiužinio viršaus ir leiskitės žemyn link ratukų Nuplaukite čiužinio apatinę dalį.

23



Vienkartiniais rankšluosčiais sausai iššluostykite visas dalis.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind