
Carevo

Čiščenje

Dovoljena razkužila
- Arjo Clean
- Arjo General Purpose Disinfectant
- Arjo Disinfectant Cleanser IV
- Arjo All Purpose Disinfectant
- Arjo CenKleen IV


Dodatna oprema
- Zaščitna očala
- Zaščitne rokavice
- Razpršilec (če plošča za prhanje ni na voljo)
- Tekočina za razkuževanje
- Brisače za enkratno uporabo
- Mehka ščetinasta krtača za čiščenje
- Ozka krtača

1




Nadenite si zaščitne rokavice in očala.

2




Prepričajte se, da je razkužilo zmešano v skladu z:
- oznako na plastenki z razkužilom ali
- razmerjem mešanja, navedenim v navodilih za uporabo plošče za prhanje

3




Odstranite spodnji odtok in blazino.

4



Splaknite z vodo. Začnite pri vrhu vzmetnice in nadaljujte navzdol v smeri koles.

5




Spodnji odtok in blazino sperite z vodo.

Nadaljujte s koraki na naslednji strani

arjo
with people in mind

Čiščenje, nadaljevanje

6




Uporabite mehko ščetinasto krtačo za čiščenje z razkužilom. Začnite z drgnjenjem pri vrhu vzmetnice in nadaljujte navzdol v smeri koles. Uporabite ozko krtačo, namočeno v razkužilo. Očistite zgornji odtok.

7



Očistite spodnje strani vzmetnice, oporni plošči in zunanji del zgornjega odtoka.


8



Uporabite mehko ščetinasto krtačo za čiščenje. Blazino in spodnji odtok ločeno zdrgnite. Dokler ne razkužite blazine se izogibajte stiku z vzmetnico.

Razkuževanje

9




Dvignite in položite vzmetnico prek vznožne plošče in stranskih opor. Spodnji del vzmetnice mora gledati navzgor.
Razpršite razkužilo na spodnji del vzmetnice.

10



Zadnji del vzmetnice očistite z brisačo za enkratno uporabo.

11




Naslednje dele vzglavja poškropite z razkužilom in očistite z brisačo za enkratno uporabo:
vzglavna plošča, stranski opori, oporna plošča in prilagodljivi del.

Nadaljujte s koraki na naslednji strani

arjo
with people in mind

Razkuževanje, nadaljevanje

12




Položite razkuženo hrbtno stran vzmetnice prek razkužene vzglavne plošče in stranskih opor.
Nerazkužena notranjost vzmetnice mora gledati navzgor.
Kotne zgibe vzmetnice potisnite navzven.

13




Notranjost vzmetnice poškropite z razkužilom in očistite z brisačo za enkratno uporabo.
Kotne zgibe vzmetnice potisnite navznoter.

14




Naslednje dele vznožja poškropite z razkužilom in očistite z brisačo za enkratno uporabo:
vznožna plošča, stranski opori, oporna plošča, prilagodljivi del in zgornji odtok.

15



Zgornji odtok poškropite z razkužilom in očistite z ozko krtačo.

16



Položite vzmetnico v prvotni položaj.

17




Poškropite z razkužilom.
Začnite pri vrhu vzmetnice in nadaljujte navzdol v smeri koles.

18



Očistite z brisačo za enkratno uporabo.
Začnite pri vrhu vzmetnice in nadaljujte navzdol v smeri koles.

19




Omogočite primeren čas delovanja razkužila.

Nadaljujte s koraki na naslednji strani

arjo
with people in mind


Razkuževanje, nadaljevanje

20



Blazino in spodnji odtok poškropite z razkužilom in ločeno očistite z brisačo za enkratno uporabo.

21




Pritrdite spodnji odtok na zgornji odtok in namestite blazino na vzmetnico.

22



Vse dele sperite s hladno vodo, tako da ni vidnih sledi razkužila. Začnite pri vrhu vzmetnice in nadaljujte navzdol v smeri koles. Sperite predel pod vzmetnico.

23



Vse dele pripomočka Carevo do suhega obrišite z brisačami za enkratno uporabo.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind