
Malibu/Sovereign


CE 2797

Nødstopp



Trykk på knappen for å stoppe alle funksjoner.
Drei med klokken for å frigjøre.


Pasientsperre



Hold inne pasientsperreknappen **(A)** i 3 sekunder for å deaktivere alle knapper på panelet og fjernkontrollen. Pasientsperrefunksjonen indikeres med en gul LED-indikator **(B)**.


Hold inne i 3 sekunder for å aktivere alle funksjoner igjen.

Håndkontroll – Løft inn



Hold inne Løft inn-knappen **(A)**. Løftearmen utfører en fullstendig bevegelse fra utsiden av badekaret, over badekaret og ned i badekaret.


Håndkontroll – Løft ut



Hold inne Løft ut-knappen **(B)**. Sekvensen utføres i motsatt rekkefølge.

Badekaret må være i laveste posisjon.


Temperaturdisplay



Viser gjeldende vanntemperatur i badekaret.

Viser temperaturen på den aktive fyllingen eller dusjen.

Skåldingsbeskyttelse



Den elektroniske skåldings-beskyttelsen stenger av vannet hvis farlig vanntemperatur registreres.

LED-indikatoren mellom displayene tennes hvis det registreres en temperatur på 45 °C (113 °F) eller høyere etter 10 sekunder.

Automatisk fylling


Den automatiske fyllefunksjonen har et forhåndsinnstilt vannivå.

- Aktiver funksjonen ved å trykke på auto-fylleknappen.
- Når fyllenivået er nådd, stopper det av seg selv.
- Trykk på auto-fylleknappen igjen for å fortsette fyllingen i 60 sekunder.

Automatisk spyling


Den automatiske spylefunksjonen hindrer at vann blir stående i dusjsystemet.

Den automatiske spylefunksjonen starter 30 timer etter at badekaret ble brukt sist, og deretter hver 24. time hvis badekaret ikke brukes.



Dusjhåndtaket skal alltid settes i holderen etter bruk for å unngå vannsøl.

Luftmassasjesystem (tilleggsutstyr)



Massasjeeffekten oppnås ved at luft blåses inn i badevannet via luftdyser. Maksimal anbefalt behandlingstid med luftmassasjesystemet er 15 minutter.

1

Trykk på PÅ/AV-knappen for luftmassasjesystemet, slik at luftviften starter med laveste hastighet.

2

Luftstrømmens intensitet kan økes ved å trykke på knappen igjen.

3


Trykk på PÅ/AV-knappen for luftmassasje igjen for å stoppe den.

arjo with people in mind

Malibu/Sovereign

CE 2797


Sikkerhetsbelte




Fest sikkerhetsbeltet.




Spenn fast sikkerhetsbeltet.






Løsne sikkerhetsbeltet.


Juster sikkerhetsbeltet




Løsne festeklemmen. Trekk festeklemme **(A)** og **(B)** fra hverandre ved å vri de små festeklipsene **(A)** litt oppover.



Løsne sikkerhetsbeltet. Trekk i den innvendige remmen **(A)** på siden mens du løfter den store festeklemmen **(B)**.



Stram sikkerhetsbeltet. Trekk i den utvendige remmen **(A)** på siden mens du holder i den store festeklemmen **(B)**.



Løsne festeklemmen. Lås feste-klemmene ved å sette den lille festeklemmen **(A)** inn i den store festeklemmen **(B)**.


Feste setet

1



Begynn å skyve den fremre enden av setet mot frontrammen med begge hender.

2




Skyv ned den bøyde delen av setet.

3



Skyv den ene siden rundt armlenet og kontroller at det klikker på plass.

4



Gjenta på den andre siden.


Fjerne setet

1



Løsne setet på hver side rundt armlenet med begge hender.

2




Gjenta på den andre siden.

3



Trekk bunnen av setet rett opp.


Feste armlenet



Hold armlenet med håndtaket pekende oppover. Før sporene på armlenet inn på liftsetet **(1)**.

Fell deretter armlenet fremover **(2)**.

Fjerne armlenet



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind