
Malibu/Sovereign


CE 2797

Zasilna zaustavitev



Če želite zaustaviti vse funkcije, pritisnite gumb.
Za sprostitev obrnite v smeri urnega kazalca.


Blokada oskrbovanca



Pritisnite in za 3 sekunde zadržite gumb za blokado oskrbovanca **(A)**, da onemogočite vse gumbe na plošči in daljinskem upravljalniku. Blokado oskrbovanca označuje rumena dioda LED **(B)**.


Za ponovno omogočanje vseh funkcij pritisnite in zadržite 3 sekunde.

Daljinski upravljalnik – V kad



Pritisnite in zadržite gumb V kad **(A)**. Dvižna ročica bo opravila popolno zaporedje premika; iz zunanjosti kadi, prek roba kadi in v kad.


Daljinski upravljalnik – Iz kadi



Pritisnite in zadržite gumb Iz kadi **(B)**. Zaporedje bo opravljeno v obratnem vrstnem redu.

Kad mora biti v najnižjem položaju.


Prikaz temperature



Prikazuje trenutno temperaturo vode v kadi.

Prikazuje temperaturo aktivnega polnjenja ali prhanja.

Zaščita proti oparjenju



Elektronska zaščita proti oparjenju izklopi vodo, če je zaznana nevarna raven temperature.

Dioda LED med zaslonoma zasveti, če je po 10 sekundah zaznana temperatura 45 °C (113 °F) ali več.

Samodejno polnjenje


Funkcija samodejnega polnjenja ima prednastavljeno raven vode.

- Aktivirate jo tako, da pritisnete gumb za samodejno polnjenje.
- Samodejno polnjenje se konča, ko je dosežen nivo polnjenja.
- Znova pritisnite gumb za samodejno polnjenje in polnjenje se bo nadaljevalo še 60 sekund.

Samodejno splakovanje


Funkcija samodejnega splakovanja onemogoča zastajanje vode v sistemu za prho.

Funkcija samodejnega splakovanja se bo vključila 30 ur po zadnji uporabi kadi, nato pa vsakih 24 ur, če kad ni v uporabi.



Da se izognete razlivanju vode, morate ročico prhe po vsaki uporabi vstaviti v držalo.

Sistem zračne terapije (izbirna funkcija)



Učinek masaže ustvarja vpihavanje zraka skozi zračne odprtine v vodo v kadi. Najdaljša priporočena terapija s sistemom zračne terapije je 15 minut.

1

Pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP zračne terapije, puhalo zraka bo začelo delovati z najnižjo hitrostjo.

2

Jakost zračnega toka se bo povečala, če boste znova pritisnili gumb.

3


Če želite zaustaviti sistem, znova pritisnite gumb za VKLOP/IZKLOP zračne terapije.

arjo with people in mind

Malibu/Sovereign

CE 2797


Varnostni pas




Pritrdite varnostni pas.




Zapnite varnostni pas.






Odpnite varnostni pas.


Prilagodite varnostni pas




Odklenite zapenjalno zaponko. Povlecite zapenjalni zaponki **(A)** in **(B)** narazen, tako da manjšo zaponko **(A)** obrnete rahlo navzgor.



Zrahljajte varnostni pas. Povlecite notranji pas **(A)** ob strani, pri čemer dvignite večjo zapenjalno zaponko **(B)**.



Zategnite varnostni pas. Povlecite zunanji pas **(A)** ob strani, pri čemer držite večjo zapenjalno zaponko **(B)**.



Zaklenite zapenjalno zaponko. Zaklenite zapenjalni zaponki, tako da manjšo zapenjalno zaponko **(A)** vstavite v večjo zapenjalno zaponko **(B)**.


Pritrditev sedeža

1



Z obema rokama potisnite sprednji del sedeža proti sprednjemu delu okvirja.

2




Upognjeni del sedeža pritisnite navzdol.

3



Eno stran sedeža potisnite okoli opore za roke in se prepričajte, da je sedla na mesto.

4



Ponovite še na drugi strani.


Odstranjevanje sedeža

1




Z obema rokama odpnite sedež na vsaki strani ob opori za roke.

2




Ponovite še na drugi strani.

3



Dno sedeža povlecite naravnost navzgor.


Pritrditev opore za roke



Držite oporo za roke tako, da je ročica obrnjena navzgor. Reže opore za roke vstavite v stol za prenos **(1)**.

Oporo za roke pomaknite naprej **(2)**.

Odstranitev opore za roke



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind