
Maxi Twin

CE 2797


Siirto tuolista

1



Sijoita nostoliina potilaan ympärille niin, että hänen alaselkänsä on peitossa ja nostoliinan päätuki on hänen päänsä takana. Vedä molemmat jalkakappaleet reisien alitse ja asettele ne.


2




Aseta nostin potilaan eteen.
Avaa tarvittaessa jalaksia.
Säädä nostokaari hartiakorkeudelle.

3

Lenkkinostoliina




Kiinnityslukolla varustettu nostoliina



Kiinnitä nostoliinan kiinnittimet tai lenkit asianmukaisiin kohtiin nostokaaressa.

4




DPS-nostokaarella varustetut nostimet:
Paina asentokahva alas ja kiinnitä jalkahihnojen kiinnityslukot.

5

Putoamisen vaara

Puristumisvaara

Varmista, että jarruja ei ole kytketty.
Varmista, että nostoliina on tukevasti kiinnitetty, ennen kuin nostat potilaan.




Nosta potilas käsiohjaimen avulla.
Säädä asentokahvaa, kunnes potilas on kallistettuna nostoliinan varassa.

Jatka seuraavalla sivulla kuvattujen vaiheiden mukaan.

arjo with people in mind

Siirto tuolista (jatkuu)

6




Sulje nostimen jalakset ja siirrä potilas.

7



Laske potilas alas ja säädä asentokahva niin, että potilas pääsee sopivaan asentoon.


8



Irrota nostoliina nostokaaresta.
Poista nostin varmistaen, että potilaan jalat ja keho ovat irti nostimesta.
Ota nostoliina pois potilaasta.

Siirto sängystä

1




Käännä potilas itseäsi kohti. Taita nostoliina kahtia ja aseta se potilaan selän taakse.

2



Aseta nostoliina paikalleen siten, että potilas pääsee kierähtämään selälleen keskelle nostoliinaa.

3




Siirry vuoteen lähelle niin, että nostokaaren avoin puoli on potilaan rintakehää päin.

Jatka seuraavalla sivulla kuvattujen vaiheiden mukaan.

arjo
with people in mind

Siirto sängystä (jatkuu)


4




Aseta nostokaari aivan potilaan yläpuolelle. Kallista nostokaarta, kunnes olkakiinnitys-korvakkeet voidaan yhdistää nostoliinaan.

5

Lenkkinostoliina



Kiinnityslukolla varustettu nostoliina



Kiinnitä nostoliinan kiinnittimet tai lenkit asianmukaisiin kohtiin nostokaaressa.

6




DPS-nostokaarella varustetut nostimet: Jalkaosat on vietävä reisien alle. Paina asentokahva alas ja kiinnitä jalkahihnojen kiinnityslukot.

7

⚠ Putoamisen vaara


⚠ Puristumisvaara

Varmista, että jarruja ei ole kytketty. Varmista, että nostoliina on tukevasti kiinnitetty, ennen kuin nostat potilaan.




Nosta potilas käsiohjainta käyttämällä ja asemoi potilas mukavaan asentoon. Siirrä potilas.

8



Sänkyyn palaaminen: Aseta potilas vuoteen päälle nostoliinan nostokahvoilla. Älä vedä nostoliinaa. Laske potilas käsiohjaimen avulla.

9



Irrota nostoliina nostokaaresta. Poista nostin varmistaen, että potilaan jalat ja keho ovat irti nostimesta. Ota nostoliina pois potilaasta.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind