
Maxi Twin

CE 2797


Přesun z křesla

1




Umístěte vak okolo klienta tak, aby zakrýval dolní část jeho zad a aby opěrka hlavy byla za jeho hlavou. Protáhněte pod stehny každý díl vaku pro nohy.

2




Zvedák umístěte před klienta.
Podle potřeby otevřete nohy podvozku.
Závěsné rameno nastavte do úrovně ramen.

3



Klipy nebo poutka vaku připněte k příslušným bodům na závěsném ramenu.

4




Pro zvedáky se závěsným ramenem DPS:
Polohovací rukojeť zatlačte dolů a připněte klipy nožních popruhů.

5

Nebezpečí pádu

Nebezpečí zachycení

Ujistěte se, že kolečka nejsou zabrzděná.
Před zvedáním klienta zkontrolujte, zda je vak řádně zajištěn.




Pomocí ručního ovladače zvedněte klienta a polohovací rukojeť nastavujte tak dlouho, dokud klient není ve vaku nakloněn.

Pokračujte kroky na následující straně.

arjo with people in mind

Přesun z křesla (pokračování)

6




Zavřete nohy podvozku a proveďte přesun klienta.

7



Spusťte klienta a nastavte polohovací rukojeť tak, aby se klient dostal do vhodné polohy.


8



Odepněte vak ze závěsného ramena. Odsuňte zvedák a dávejte pozor, aby byly nohy a tělo klienta mimo zvedák. Sejměte z klienta vak.

Přesun z lůžka

1




Převalte klienta směrem k sobě. Vak přeložte napůl a položte za záda klienta.

2



Umístěte vak tak, aby při otočení na záda byl klient ve středu vaku.

3




K lůžku najíždějte s otevřenou částí závěsného ramena směřující proti hrudi klienta.

Pokračujte kroky na následující straně.

arjo
with people in mind

Přesun z lůžka (pokračování)


4



Závěsné rameno umístěte nad klienta. Nyní závěsné rameno naklánějte, dokud nebude možné připnout k vaku ramenní úchyty.

5

Poutkový vak **Klipový vak**



Klipy nebo poutka vaku připněte k příslušným bodům na závěsném ramenu.

6




Pro zvedáky se závěsným ramenem DPS: Stehenní díl vaku je nutno prostrčit pod stehny. Polohovací rukojeť zatlačte dolů a připněte klipy nožních popruhů.

7

Nebezpečí pádu


Nebezpečí zachycení

Ujistěte se, že kolečka nejsou zabrzděná. Před zvedáním klienta zkontrolujte, zda je vak řádně zajištěn.




Pomocí ručního ovladače zvedněte klienta a upravte jej do pohodlné polohy. Přesuňte klienta.

8



Při návratu na lůžko: Za použití rukojetí vaku umístěte klienta nad lůžko. Netahejte za vak. Ke spuštění klienta použijte ruční ovladač.

9



Odepněte vak ze závěsného ramena. Odsuňte zvedák a dávejte pozor, aby byly nohy a tělo klienta mimo zvedák. Sejměte z klienta vak.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind