
MultiClean

CE 2797


Regelen van de isolatieafsluiter (watertoevoer)



Open of sluit de watertoevoer door de isolatieafsluiter naar de gewenste stand te draaien.

I = open
O = gesloten


AAN/UIT-knop



Gebruik de AAN/UIT-knop om het desinfectiesysteem aan of uit te zetten.


I = Aan
O = Uit

Functieselectieknop




Draai de selectieknop naar geel (A) voor desinfectie of naar blauw (B) voor spoelen.

Debietmeter



Controleer of de vloeistofwaarde op de debietmeter overeenkomt met het instellingsbereik in de gebruiksaanwijzing. Pas zo nodig aan.

Stelschroef



Wijzig de vloeistofwaarde met de stelschroef (A) op de flaconconnector (B). Draai de schroef rechtsom om de waarde te verlagen, linksom om deze te verhogen.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.BP.00NL_01 • 09/2020

arjo
with people in mind