
MultiClean

CE 2797


Stoppekran (vannforsyning)



Vannforsyningen åpnes og lukkes ved å dreie stoppekranen.

I = Åpen
O = Lukket


PÅ/AV-kontroll



Desinfeksjons-systemet slås på og av ved å dreie på PÅ/AV-kontrollen.


I = PÅ
O = AV

Funksjonsvelger




Drei regulatoren til gult (A) for desinfeksjon eller til blått (B) for skylling.

Mengdemåler



Kontroller væskeverdien på mengdemåleren, slik at den er i overensstemmelse med innstillingsområdet i bruksanvisningen. Juster etter behov.

Justeringsskrue



Væskeverdien kan justeres med justeringsskruen (A) på flaskekoblingen (B). Drei skruen med urviseren for å redusere verdien og mot urviseren for å øke den.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

08.BP.00NO_01 • 09/2020

arjo
with people in mind