
# MultiClean

CE 2797

## Stille inn konsentrasjon for desinfeksjonsmiddel




**1**





Lås opp og åpne døren (A).
Kontroller at det er en flaske med rengjøringsmiddel eller desinfeksjonsmiddel på hyllen på innsiden (B).

**2**





Åpne vannforsyningen (A).

**3**





Slå på enheten (A).

**4**





Fjern sprayhåndtaket fra holderen. Rett det bort fra deg.

**5**





Sett funksjonsvelgeren på desinfeksjon (A).
Gul = Desinfeksjon.

**6**





Trykk inn utløseren på sprayhåndtaket (A)

**7**





Kontroller væskeverdien på mengdemålerens innstilling. Kontroller at blandingen er riktig når desinfeksjonen starter (se bruksanvisningen for MultiClean).

**8**




Justere blandingen:
Bruk justeringsskruen på flaskekoblingen – drei skruen med urviseren for å redusere verdien, mot urviseren for å øke den.

**9**




Sett sprayhåndtaket tilbake i holderen (A).

**10**




Lukk og lås døren (A).
Slå av enheten (B).



arjo with people in mind

# Rengjøring og desinfeksjon – badesystemer og dusjprodukter



Fare for personskade
Må IKKE brukes
som pasientdusj.

**1**




Aktiver innstillingen for desinfeksjon. Ta sprayhåndtaket og rett det mot håndtaket. Slå på enheten.
Lukk avløpet hvis du rengjør et badekar.

**2**




Hvis du rengjør et badekar med luftmassasje: Sett sprayhåndtaket for desinfeksjon inn i innsprøytingsporten. Trykk og hold inne utløseren. Det skal renne desinfeksjonsmiddel fra alle assasjehullene/dysene i minst 30 sekunder.

**3**




Spray desinfeksjonsmiddel på alle innvendige badekaroverflater, på alle overflater på dusjproduktet og på alle overflater på alt tilbehøret.

**4**




Skrubb alle desinfiserte overflater grundig.

**5**




La desinfeksjonsmiddelet sitte så lenge som angitt på desinfeksjonsmiddelet. Tørk av alle andre områder og tilbehør med en klut vætet med desinfeksjonsmiddel.


**6**




Aktiver skylleinnstillingen.

Åpne avløpet hvis du skal rengjøre et badekar. Tøm badekaret for rester av desinfeksjonsmiddel.

**7**





Hvis du rengjør et badekar med luftmassasje: Sett sprayhåndtaket inn i innsprøytingsporten.
Trykk og hold inne utløseren.
Det skal renne vann fra alle massasjehullene/dysene.

**8**




Skyll alle deler rene. Pass på at alt desinfeksjonsmiddel fjernes fra badesystemet eller dusjproduktet.

**9**




Hvis du rengjør et badekar med luftmassasje: Aktiver og kjør luftmassasjen i 30 sekunder til eventuelle vannrester er fjernet fra systemet.

**10**




Etter dagens siste desinfeksjon tørker du av bade- eller dusjproduktet og alt tilbehør.
Slå av MultiClean-enheten.
Steng vannforsyningen.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com



arjo
with people in mind