
Malibu/Sovereign

CE 2797

Desinficera med desinficeringsenhet

Ta bort synliga rester

1




Ta på skyddshandskar och skyddsglasögon.

2

Stäng av alla funktioner.
Se till att förflyttningsstolen är i badkaret.


3



Öppna avtappningen. Ta loss alla tillbehör och placera dem i botten av badkaret.


4

Duscha av och skölj badkaret, lyftarmen, förflyttningsstolen, de lösa delarna och tillbehörens alla sidor med vatten.



Rengör

5



Lyft ut desinficerings-sprayhandtaget.


6



Tryck ned desinficerings-knappen i 5 sekunder.


7

Om badkaret har ett luftspasystem:
Den automatiska desinficeringen startar.
Den automatiska desinficeringen tar cirka 3–4 minuter.
30 sekunder efter att den automatiska desinficeringen har startat kan desinficeringssprayhandtaget användas.




8

Spraya desinficeringsmedel i badkaret tills flödesmätaren (A) visar rätt blandningsvärde enligt bruksanvisningen. Justera vid behov (B). Blandningstemperatur 20 °C (68 °F).




9




Spraya desinficeringsmedel i avloppet.
Skrubba avloppet med en borste.
Stäng avtappningen.

10

Spraya desinficerings-medel på alla badkarets invändiga ytor, på lyftarmen, på förflyttningsstolen, på de lösa delarna och på tillbehörens alla sidor.




11



Spraya in i bräddavloppet.


12



Skrubba alla badkarets invändiga ytor, lyftarmen, förflyttningsstolen, de lösa delarna och tillbehöret noggrant.

13

Öppna avtappningen.
Skölj alla delar i rikligt med vatten som har en temperatur på 25 °C (77 °F).



14



Doppa en trasa i desinficeringsmedel. Torka av alla övriga kontaktytor, t.ex. badkarets utsida, handkontrollen och det hjulförsedda chassit med trasan.


15



Fukta en ny trasa med vatten och torka bort desinficeringsmedlet. Skölj trasan regelbundet under rinnande vatten.

Desinficera


16



Spraya desinficeringsmedel i avloppet. Stäng avtappningen.

17

Spraya desinficerings-medel på alla badkarets invändiga ytor, på lyftarmen, på förflyttningsstolen, på de lösa delarna och på tillbehörens alla sidor.



18



Doppa en trasa i desinficeringsmedel. Torka av alla övriga kontaktytor, t.ex. badkarets utsida, handkontrollen och det hjulförsedda chassit med trasan.

Fortsätt med stegen på nästa sida

arjo
with people in mind

Desinficera med desinficeringsenhet (fortsättning)

19

Låt desinficerings-
medlet verka
under den tid
som anges
i informationen
för desinficerings-
medlet.


20




Tryck på desinficerings-
knappen i 5 sekunder
för att avsluta
desinficeringen.

21

Om badkaret har ett luftspasystem:
Tryck på desinficeringsknappen så förkortas den automatiska desinficeringsrutinen. Tiden förkortas upp till 35 sekunder. Lysdioden börjar blinka. Luftspasystemets skölj- och torksekvens startar nu. När den är klar stoppas den automatiska desinficeringen och lysdioden släcks.



22



Sätt tillbaka desinficerings-
sprayhandtaget. Stäng luckan.


23


Låt desinficerings-
medlet verka under
den tid som anges
i informationen för
desinficeringsmedlet.

24



Öppna avtappningen.
Skölj alla delar i vatten
som har en temperatur
på 25 °C (77 °F).






25



Fukta en ny trasa med vatten och torka bort desinficeringsmedlet. Skölj trasan regelbundet under rinnande vatten.


26





Låt lufttorka.

27

Sätt dit armstöden och
stolen. Se till att stolen
sitter fast ordentligt.
Sätt dit nackkudden,
säkerhetsbältet och
övriga tillbehör.








with people in mind

Desinficera med sprayflaska

Ta bort synliga rester

1




Ta på skyddshandskar och skyddsglasögon.

2

Stäng av alla funktioner.
Se till att förflyttningsstolen är i badkaret.


3



Öppna avtappningen. Ta loss alla tillbehör och placera dem i botten av badkaret.

4

Duscha av och skölj badkaret, lyftarmen, förflyttningsstolen, de lösa delarna och tillbehörens alla sidor med vatten.



Rengör


5




Spraya desinficeringsmedel i avloppet. Skrubba avloppet med en borste. Stäng avtappningen.

6

Spraya desinficerings-medel på alla badkarets invändiga ytor, på lyftarmen, på förflyttningsstolen, på de lösa delarna och på tillbehörens alla sidor.




7



Spraya in i bräddavloppet.

8




Skrubba alla badkarets invändiga ytor, lyftarmen, förflyttningsstolen, de lösa delarna och tillbehöret noggrant.

9



Öppna avtappningen.
Skölj alla delar i rikligt med vatten som har en temperatur på 25 °C (77 °F).



10



Doppa en trasa i desinficeringsmedel. Torka av alla övriga kontaktytor, t.ex. badkarets utsida, handkontrollen och det hjulförsedda chassit med trasan.

11



Fukta en ny trasa med vatten och torka bort desinficeringsmedlet. Skölj trasan regelbundet under rinnande vatten.

Desinficera


12




Spraya desinficeringsmedel i avloppet. Stäng avtappningen.

13

Spraya desinficeringsmedel på alla badkarets invändiga ytor, på lyftarmen, på förflyttningsstolen, på de lösa delarna och på tillbehörens alla sidor.



14




Spraya in i bräddavloppet.


15

Låt desinficerings-medlet verka under den tid som anges i informationen för desinficeringsmedlet.

16







Öppna avtappningen.
Skölj alla delar i vatten som har en temperatur på 25 °C (77 °F).

17



Doppa en trasa i desinficeringsmedel. Torka av alla övriga kontaktytor, t.ex. badkarets utsida, handkontrollen och det hjulförsedda chassit med trasan.

18


Låt desinficerings-medlet verka under den tid som anges i informationen för desinficeringsmedlet.

19



Fukta en ny trasa med vatten och torka bort desinficeringsmedlet. Skölj trasan regelbundet under rinnande vatten.


20



Låt lufttorka.

21

Sätt dit armstöden och stolen. Se till att stolen sitter fast ordentligt.
Sätt dit nackkudden, säkerhetsbältet och övriga tillbehör.



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind