
Malibu/Sovereign

CE 2797

Desinficering med desinfektionsenhed

Fjernelse af synlige fremmedlegemer

1




Tag beskyttelseshandsker og -briller/-maske på.

2

Slå alle funktioner fra. Kontrollér, om liftsædet er i badekarret.


3



Åbn for afløbet. Afmonter og anbring alt tilbehør i bunden af badekarret.


4

Brus og skyl badekarret, løftearmen, liftsædet, løse dele og alle sider af tilbehøret med vand.



Rengør

5



Løft desinfektionspistolen ud.


6



Tryk desinfektions-knappen ned i fem sekunder.


7

Hvis badekarret har et luftspasystem:
Den automatiske desinfektion starter.
Den automatiske desinfektion varer ca. 3-4 minutter.
Desinfektionspistolen kan anvendes 30 sekunder efter, at den automatiske desinfektion er påbegyndt.




8

Sprøjt desinfektionsmiddel ned i badekarret, indtil flowmåleren (A) viser det korrekte blandingsforhold i henhold til brugsvejledningen. Justér ved behov (B). Blandingstemperatur 20 °C (68 °F).




9




Sprøjt desinfektionsmiddel i afløbet.
Skrub afløbet med en børste. Luk for afløbet.

10

Sprøjt desinfektionsmiddel på alle badekarrets indvendige overflader, løftearmen, liftsædet, de løse dele og alle sider af tilbehøret.



11



Sprøjt også ind i overløbsafløbet.


12



Skrub alle badekarrets indvendige overflader, løftearmen, liftsædet, de løse dele og tilbehøret grundigt.

13

Åbn for afløbet.
Skyl alle dele med rigelige mængder vand, der har en temperatur på 25 °C (77 °F).



14



Opblød en klud i desinfektionsmiddel. Aftør alle andre kontaktområder som eksempelvis ydersiden af badekarret, håndbetjeningen og hjulchassiset med kluden.


15



Gennemvæd en ny klud med vand, og fjern desinfektionsmidlet. Skyl lejlighedsvis kluden under rindende vand.

Desinficer


16



Sprøjt desinfektionsmiddel i afløbet.
Luk for afløbet.

17

Sprøjt desinfektionsmiddel på alle badekarrets indvendige overflader, løftearmen, liftsædet, de løse dele og alle sider af tilbehøret.



18



Opblød en klud i desinfektionsmiddel. Aftør alle andre kontaktområder som eksempelvis ydersiden af badekarret, håndbetjeningen og hjulchassiset med kluden.

Fortsæt med trinnene på næste side

arjo
with people in mind

Desinficering med desinfektionsenhed (fortsat)

19

Lad desinfektionsmidlet virke i det tidsrum, der er angivet i dets brugsvejledning.


20




Tryk desinfektions-knappen ned i fem sekunder for at afslutte desinfektionscyklussen.

21

Hvis badekarret har et luftspasystem:
Hvis du trykker på knappen desinfektion, afkortes forløbet med den automatiske desinfektionscyklus. Den reducerede tid er op til 35 sekunder. Lysdioden begynder at blinke.
Et forløb med skylning og tørring af luftspasystemet begynder nu, og når det er færdigt, standser den automatiske desinficering, og lysdioden slukkes.



22



Sæt desinfektionspistolen tilbage.
Luk beskyttelseskappen.


23

Lad desinfektionsmidlet virke i det tidsrum, der er angivet i dets brugsvejledning.

24



Åbn for afløbet.
Skyl alle dele med vand, der har en temperatur på 25 °C (77 °F).






25



Gennemvæd
en ny klud med vand, og fjern desinfektionsmidlet. Skyl lejlighedsvis kluden under rindende vand.


26





Lad emnerne lufttørre.

27

Monter armlæn og sæde. Kontroller, at sædet sidder fast. Monter nakkepuden, sikkerhedsselen og resten af tilbehøret.








with people in mind

Desinficer med sprayflaske

Fjernelse af synlige fremmedlegemer

1




Tag beskyttelseshandsker og -briller/-maske på.

2

Slå alle funktioner fra. Kontrollér, om liftsædet er i badekarret.


3



Åbn for afløbet. Afmonter og anbring alt tilbehør i bunden af badekarret.

4

Brus og skyl badekarret, løftearmen, liftsædet, løse dele og alle sider af tilbehøret med vand.



Rengør


5




Sprøjt desinfektionsmiddel i afløbet. Skrub afløbet med en børste. Luk for afløbet.

6

Sprøjt desinfektionsmiddel på alle badekarrets indvendige overflader, løftearmen, liftsædet, de løse dele og alle sider af tilbehøret.




7



Sprøjt også ind i overløbsafløbet.

8




Skrub alle badekarrets indvendige overflader, løftearmen, liftsædet, de løse dele og tilbehøret grundigt.

9



Åbn for afløbet.
Skyl alle dele med rigelige mængder vand, der har en temperatur på 25 °C (77 °F).



10



Opblød en klud i desinfektionsmiddel. Aftør alle andre kontaktområder som eksempelvis ydersiden af badekarret, håndbetjeningen og hjulchassiset med kluden.

11



Gennemvæd en ny klud med vand, og fjern desinfektionsmidlet. Skyl lejlighedsvis kluden under rindende vand.

Desinficer


12




Sprøjt desinfektionsmiddel i afløbet. Luk for afløbet.

13

Sprøjt desinfektionsmiddel på alle badekarrets indvendige overflader, løftearmen, liftsædet, de løse dele og alle sider af tilbehøret.



14



Sprøjt også ind i overløbsafløbet.

15


Lad desinfektionsmidlet virke i det tidsrum, der er angivet i dets brugsvejledning.

16

Åbn for afløbet.
Skyl alle dele med vand, der har en temperatur på 25 °C (77 °F).



17



Opblød en klud i desinfektionsmiddel. Aftør alle andre kontaktområder som eksempelvis ydersiden af badekarret, håndbetjeningen og hjulchassiset med kluden.

18


Lad desinfektionsmidlet virke i det tidsrum, der er angivet i dets brugsvejledning.

19



Gennemvæd en ny klud med vand, og fjern desinfektionsmidlet. Skyl lejlighedsvis kluden under rindende vand.


20



Lad emnerne lufttørre.

21

Monter armlæn og sæde. Kontroller, at sædet sidder fast. Monter nakkepuden, sikkerhedsselen og resten af tilbehøret.



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind