Maxi Sky 440

Transfer van zorgvragers


1



Breng de tilband om de zorgvrager aan. Bij gebruik van een tilband met hoofdsteun moet u erop letten dat die tot aan de bovenkant van het hoofd van de zorgvrager reikt.


2

Druk de knop OMLAAG op de afstandsbediening in om de hefband uit te rollen en houd de hefband met uw andere hand strak.



Bevestig de bevestigingshaak aan de wagen en plaats de plafondlift boven de zorgvrager (als de plafondlift nog niet aan de rail is gekoppeld).

3




Laat de lift zakken tot onder de kin en vouw de bevestigingshaken open. Laat bij een zorgvrager in rugligging de plafondlift tot op borsthoogte zakken, vouw de bevestigingshaken open en bevestig daarna de bevestigingslussen.

4

Bevestig de tilband door de bevestigingsluss en in de bevestigingshaak en te steken en de lussen zachtjes aan te trekken.


5

Tilband met lusbevestiging



Verzeker u ervan dat de veiligheidsvergrendeling gesloten is.

6



Druk op de knop OMHOOG op de afstandsbediening om de zorgvrager omhoog te brengen. Breng de plafondlift omhoog tot het zitvlak van de zorgvrager zich boven de armleuningen van de rolstoel, de bovenkant van het bad of bed bevindt, voordat u de zorgvrager verplaatst.

Let op dat de zorgvrager met zijn/haar benen geen obstakels raakt.

7



Verplaats de zorgvrager.

8

Wanneer de zorgvrager zich boven de gewenste transferlocatie bevindt en omlaag kan worden gebracht, drukt u op de knop OMLAAG.

9

Als de zorgvrager goed zit of ligt, kunt u de bevestigingslussen losmaken en de tilband verwijderen van de plafondlift.

Koppel de tillift los van de wagen.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

001-16507-NL Rev 0 • 09/2020

arjo
with people in mind