Sara 3000

CE 2797

Förflyttningssele

(Mer information om selen finns i bruksanvisningen som medföljer selen.)

1

OBS!
Använd inte benfixeringsremmarna vid användning av ståsele.



Låt patienten luta sig framåt och placera selen runt hans/hennes ryggslut, 5 cm (2 tum) ovanför midjan.

2



Kontrollera att stödremmen delats.

Ta selens bendelar (A) och för in dem under vart och ett av patientens ben.

3



Tryck på spännena eller på kardborrebandet (om sådana finns) och pressa samman dem.

Spänn remmen så att det känns bekvämt för patienten.


4

⚠

Selens bröststödrem måste alltid användas varje gång man använder selen.


Placera Sara 3000 i rätt position.

5




Fäst selclipsen vid fästpunkterna. Dra i selclipsen för att fästa dem, så som visas på bilden.

6



Fäst fästöglan (A) på var och en av selens bensidor (vänster och höger) på mittknoppen (B).


7



Placera patientens fötter på lyftens fotstöd (A).


8

OBS!
Chassibenen kan öppnas upp för att gå runt stolen genom att man trycker på lämplig knapp (A).



arjo
with people in mind

9



Skjut Sara 3000 mot patienten så att underbenet får full kontakt med knästödet (A).

10

Kontrollera att selclipsen sitter ordentligt och i rätt läge före lyftcykeln, under lyftcykeln och vid spänning som uppstår när patientens vikt gradvis tas upp.

11




Placera patientens hand/händer på stödhandtagen.

12

OBS!
Höj inte patienten mer än till sittande läge.

OBS!
Patienten ska inte hjälpa till vid lyftet.

13



Lyft patienten till en position strax ovanför stolen.

14

Försök aldrig lossa fästclipsen, öglorna eller bröstremmen medan patienten fortfarande stöttas av selen.

OBS!
Kontrollera att chassibenen är i infällt läge innan förflyttning genomförs.

15



Förflyttning ska alltid göras i den riktning som visas på bilden.

Förflytta patienten till önskad plats.

16

När du sänker ned patienten, se till att patienten placeras så att han/hon har fullt stöd av sätet, stolen, toaletten etc. som han/hon sänks ned på.

Sänk ned patienten.

När patienten sitter ned, öppna bröstremmen och dra selclipsen uppåt för att lossa dem från stödarmarna på Sara 3000.

arjo
with people in mind

Ståsele

1



Låt patienten luta sig framåt och placera selen runt hans/hennes ryggslut, 5 cm (2 tum) ovanför midjan.

2



Kontrollera att den inre stödremmen delats.

3



Tryck på spännena eller på kardborrebandet (om sådana finns) och pressa samman dem.

Spänn remmen så att det känns bekvämt för patienten.


4

⚠

Selens bröststödrem måste alltid användas varje gång man använder selen.


Placera Sara 3000 i rätt position.

5



Fäst selclipsen vid fästpunkterna. Dra i selclipsen för att fästa dem, så som visas på bilden.

6




Placera patientens fötter på lyftens fotstöd (A).

7

OBS!
Chassibenen kan öppnas upp för att gå runt stolen genom att man trycker på lämplig knapp.

8



Skjut Sara 3000 mot patienten så att underbenet får full kontakt med knästödet (A).

arjo
with people in mind

9

Kontrollera att selclipsen sitter ordentligt och i rätt läge före lyftcykeln, under lyftcykeln och vid spänning.

10



Placera patientens hand/händer på stödhandtagen.

11

Patientens kroppsställning ska ändras från sittande till stående position.

Uppmuntra patienten att hjälpa till så mycket som möjligt att själv resa sig från stolen och/ eller försöka att stå stadigt.

12



Lyft upp patienten.


13

Försök aldrig lossa fästclipsen, öglorna eller bröstremmen medan patienten fortfarande stöttas av selen.

OBS!

Kontrollera att chassibenen är i infällt läge innan förflyttning genomförs.

14



Förflyttning ska alltid göras i den riktning som visas på bilden.

För över patienten till önskad plats.

15

När du sänker ned patienten, se till att patienten placeras så att han/hon har fullt stöd av sätet, stolen, toaletten etc. som han/hon sänks ned på.

Sänk ned patienten.

När patienten sitter ned, öppna bröstremmen och dra selclipsen uppåt för att lossa dem från stödarmarna på Sara 3000.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

with people in mind