
KURZANLEITUNG – FUNKTIONEN

Calypso

CE 2797


Not-Aus-Schalter



Um einen Schnellstopp des Lifters durchzuführen, entfernen Sie den Akku.


Notfunktion Heben und Senken

1




Stöpseln Sie die Handbedienung aus.

2




Verwenden Sie zum Drücken einen stumpfen Gegenstand.
Heben: Drücken Sie das Loch unter dem Aufwärtspfeil ein.
Senken: Drücken Sie das Loch über dem Abwärtspfeil ein.

Manuelles Anheben und Senken




Heben: Gleichmäßig pumpen und den gesamten Pumpbereich ausnutzen.




Senken: Drücken Sie die Taste „Absenken“.

Elektrisches Heben und Senken



Heben: Drücken Sie den Aufwärtspfeil.
Senken: Drücken Sie den Abwärtspfeil.


Bremsen



Bremse feststellen: nach unten drücken


Bremse lösen: nach oben drücken

Armlehne und Rückenlehne



Heben Sie die Hand- und Rückenlehne an, um sie nach oben zu klappen.

Entfernen des Sitzes




A: Ziehen Sie ihn gerade heraus
B: Drücken Sie ihn von unten nach oben heraus
C: Ziehen Sie ihn gerade heraus

arjo with people in mind


Legen Sie den Sicherheitsgurt an

1




Befestigen Sie den Sicherheitsgurt am Transfergriff (A).
Drücken Sie nach unten, damit er einrastet.

2



Klappen Sie die Armlehne nach oben (A).
Positionieren Sie den Patienten.
Klappen Sie die Armlehne nach unten (A).


3



Platzieren Sie den Sicherheitsgurt vor den Patienten und befestigen Sie ihn am Knopf (B).


Stellen Sie den Sicherheitsgurt ein

1




Ziehen Sie die Verschlussklemmen (A) und (B) auseinander, indem Sie die kleinere Verschlussklemme (A) leicht nach oben drehen.

2



Lockern des Sicherheitsgurts:
Ziehen Sie das innere Befestigungsband (A) an der Seite, während Sie die größere Verschlussklemme anheben (B).


3




Festziehen des Sicherheitsgurts:
Ziehen Sie das äußere Befestigungsband (A) an der Seite, während Sie die größere Verschlussklemme halten (B).

Sicherheitsgurt entfernen

4



Schließen Sie die Verschlussklemmen, indem Sie die kleinere Verschlussklemme (A) in die größere Verschlussklemme (B) schieben.



Lösen Sie den Sicherheitsgurt und entfernen Sie eines der Enden vom Transfergriff (A) oder vom Knopf (B).

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind