
Calypso

CE 2797


Zaustavljanje u hitnom slučaju



Da biste brzo zaustavili podizanje, uklonite bateriju.


Podizanje i spuštanje u hitnom slučaju

1




Isključite ručni upravljač.

2




Pritiskajte pomoću tupog predmeta.
Podizanje: pritisnite otvor kod strelice okrenute nagore.
Spuštanje: pritisnite otvor kod strelice okrenute nadole.

Ručno podizanje i spuštanje




Podizanje: pumpajte koristeći puni opseg kretanja.




Spuštanje: pritisnite dugme za spuštanje.

Električno podizanje i spuštanje




Podizanje: pritisnite strelicu okrenutu nagore.
Spuštanje: pritisnite strelicu okrenutu nadole.

Kočnice




Aktiviranje kočnice: pritisnite nadole
Otpuštanje kočnice: pritisnite nagore

Naslon za ruke i oslonac za leđa



Podignite nagore da biste preklopili nagore naslon za ruke i oslonac za leđa.

Skidanje sedišta




A: Povucite ravno nagore
B: Pritisnite sa donje strane nagore
C: Povucite ravno nagore

arjo with people in mind


Pričvršćivanje bezbednosnog pojasa

1




Zakačite bezbednosni pojas za ručku za prenos (A). Pritisnite nadole da biste ga pričvrstili.

2



Preklopite naslon za ruke nagore (A). Postavite pacijenta. Preklopite naslon za ruke nadole (A).


3



Postavite bezbednosni pojas ispred pacijenta, pričvrstite ga za dugme (B).


Podešavanje bezbednosnog pojasa

1




Razdvojite kopče za pričvršćivanje (A) i (B) okretanjem manje kopče za pričvršćivanje (A) blago nagore.

2



Otpuštanje bezbednosnog pojasa: povucite unutrašnju traku (A) na stranu i istovremeno podignite veliku kopču za pričvršćivanje (B).


3




Zatezanje bezbednosnog pojasa: povucite spoljašnju traku (A) na stranu i istovremeno držite veliku kopču za pričvršćivanje (B).

Skidanje bezbednosnog pojasa

4



Spojite kopče za pričvršćivanje tako što ćete manju kopču za pričvršćivanje (A) umetnuti u veću kopču za pričvršćivanje (B).



Otpustite bezbednosni pojas i skinite jedan kraj sa ručke za prenos (A) ili dugmeta (B).

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind