
Calypso

CE 2797


Přesun z lůžka

1




Zabrzděte lůžko, je-li vybaveno brzdami.

2




Sklopte postranici. Pacienta/klienta otočte na bok tak, aby ležel zády ke zvedací hygienické židli Calypso.

3




Sedák umístěte nad lůžko, co nejblíže ke pacientovi/klientovi.

4



Spouštějte sedák dolů, dokud nedosedne na lůžko.

5




Zabrzděte všechna kolečka.

6




Otočte pacienta/klienta na záda. Posaďte pacienta/klienta do vzpřímené polohy vsedě buď ručně, nebo zvednutím hlavové části lůžka.

7



Sklopte opěrku rukou (A). Nakloňte pacienta/klienta dopředu a sklopte opěrku zad (B).

8




Zapněte bezpečnostní pás.

Pacienta/klienta usaďte do středu sedáku se zády opřenými o opěrku zad (B) a s rukama položenýma na opěrce rukou (A).


arjo with people in mind

9



Sedák zvedněte dostatečně vysoko, aby ho bylo možné odsunout od lůžka.

10



Odbrzděte kolečka.


11

VAROVÁNÍ

Abyste zabránili úrazu, nikdy nenechávejte pacienta/klienta bez dozoru.

Z důvodu ochrany před zachycením musí být vlasy, paže a nohy pacienta/klienta udržovány blízko těla, a během přemisťování musí být použity označené úchyty.


12



Zvedací hygienickou židli Calypso odtáhněte od lůžka a zároveň pomozte pacientovi/klientovi spustit nohy dolů.


Přesun na lůžko

13



Snižte zvedací hygienickou židli Calypso tak, aby pacient/klient mohl položit chodidla na opěrku nohou (A). Při přesunu používejte vodicí madla (B).

1




Zabrzděte lůžko, je-li vybaveno brzdami.

2

Upravte výšku zvedací hygienické židle Calypso tak, aby sedák a genitálie pacienta/klienta byly v bezpečné vzdálenosti nad matrací a nedomohlo dojít k přiskřípnutí.

Sklopte postranici lůžka.


3



Posuňte zvedací hygienickou židli Calypso nad lůžko a zároveň pomozte pacientovi/klientovi zvednout nohy na lůžko.


arjo
with people in mind

4



Zabrzděte všechna kolečka.


5



Vyvarujte se přiskřípnutí částí těla.


Zvedací hygienickou židli Calypso snižte tak, aby sedák dosedl na lůžko. Podle potřeby zvedněte hlavovou část.

6



Povolte a odstraňte bezpečnostní pás a vyjměte některý jeho konec z vodicího madla (A) nebo z knoflíku (B).


7



Vyklopte nahoru opěrku zad a opěrku rukou.


Pomozte pacientovi/klientovi se zaklonit a opřít o lůžko.

8




Podle potřeby sklopte hlavovou část. Pacienta/klienta otočte na bok tak, aby ležel zády ke zvedací hygienické židli Calypso.

9



Zvedněte sedák zvedací hygienické židle Calypso z lůžka.

10



Odbrzděte kolečka.

11

Odtáhněte zvedací hygienickou židli Calypso od lůžka.

Otočte pacienta/klienta na záda.

Zvedněte postranici lůžka.

arjo
with people in mind

Přesun z invalidního vozíku

1

POZNÁMKA

Aby bylo možné přesunout pacienta/klienta z invalidního vozíku na zvedací hygienickou židli Calypso, musí být natolik silný, aby se sám mohl pohybovat do stran nebo se postavit.

2


Zabrzděte invalidní vozík.

Zvedací hygienickou židli Calypso umístěte vedle invalidního vozíku.

3


Upravte zvedací hygienickou židli Calypso tak, aby její sedák byl o něco výše než sedák invalidního vozíku. Sedák židle by měl pokud možno přesahovat na sedák vozíku.

4




Zabrzděte zvedací hygienickou židli Calypso.

5




Pomozte pacientovi/klientovi se přemístit na zvedací hygienickou židli Calypso.

6




Bezpečnostní pás upevněte k vodicímu madlu (A).
Druhý konec bezpečnostního pásu připevněte ke kolíku (B).

7



Uvolněte brzdy na zvedací hygienické židli Calypso.

8



Při přesunu přidržujte vodicí madla.

arjo
with people in mind


Přesun na invalidní vozík

1

POZNÁMKA

Aby bylo možné přesunout pacienta/klienta ze zvedací hygienické židle Calypso na invalidní vozík, musí být natolik silný, aby se sám mohl pohybovat do stran nebo se postavit.

2



Ujistěte se, že má pacient/klient opřená chodidla o opěrku nohou a ruce položené na opěrce rukou.

3

Zabrzděte invalidní vozík.


Odstraňte opěrku rukou invalidního vozíku a vyklopte nahoru opěrky nohou.

Zvedací hygienickou židli Calypso umístěte vedle invalidního vozíku.

4


Upravte zvedací hygienickou židli Calypso tak, aby její sedák byl o něco výše než sedák invalidního vozíku. Sedák židle by měl pokud možno přesahovat na sedák vozíku.

5




Zabrzděte zvedací hygienickou židli Calypso.

6



Odstraňte bezpečnostní pás tak, že ho povolíte a vyjmete některý jeho konec z vodicího madla (A) nebo z knoflíku (B).

7



Pomozte pacientovi/klientovi se přemístit na invalidní vozík.

8

Ujistěte se, že pacient/klient sedí bezpečně a pohodlně na invalidním vozíku.

with people in mind

Koupání klienta/pacienta

1

VAROVÁNÍ


Při spouštění dávejte pozor na nehybné předměty.

Dbejte na to, aby měl pacient/klient paže a nohy blízko těla.

Ujistěte se, že je správně zapnutý bezpečnostní pás.

Dbejte na to, abyste pacienta/klienta nenechávali bez dozoru.


2



Vyvarujte se zachycení částí těla.


Zvedací hygienickou židli Calypso zvedněte nad okraj vany. Přesuňte pacienta/klienta nad vanu.

3



Zabrzděte zvedací hygienickou židli Calypso.

4



Zvedněte vanu do pohodlné výšky.

5



Spusťte zvedací hygienickou židli Calypso tak, aby se opírala o dno vany. Odstraňte bezpečnostní pás.

6




Opěrku rukou vytáhněte dopředu. Mírně zakloňte opěrku zad. Vykoupejte pacienta/klienta.

7



Spusťte opěrku rukou. Zvedněte opěrku zad. Zapněte bezpečnostní pás. Osprchujte pacienta/klienta.

8



Osušte pacienta/klienta. Pacienta/klienta přikryjte nebo oblečte. Přesuňte pacienta/klienta zpět do pokoje.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind