
КРАТКОЕ СПРАВОЧНОЕ РУКОВОДСТВО — ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie

CE 2797


Подготовка

1




Опустите ванну на самую низкую высоту.

2



Купание пациента с использованием гигиенического кресла: прикрепите головную подушку. Купание с использованием каталки для ванны: не прикрепляйте головную подушку или опору для ног.


3



Риск ошпаривания

Нажмите кнопку «Автоматическое наполнение». Проверьте температуру воды рукой без перчатки. При необходимости отрегулируйте температуру.


4



Закройте сливное отверстие.

Купание пациента с использованием гигиенического кресла-подъемника


5



Расположите гигиеническое кресло-подъемник по диагонали к боковой стороне ванны.

6


Риск защемления



Поднимите гигиеническое кресло-подъемник так, чтобы между краем ванны и гениталиями пациента было достаточно места.

7

Риск защемления




Придвиньте гигиеническое кресло-подъемник к ванне. Поднимите ноги пациента над краем ванны, одновременно поворачивая подъемник на место.

8



Дайте пациенту почувствовать ступнями воду. При необходимости отрегулируйте температуру.


9



Расположите кресло над ванной так, чтобы оно коснулось ножек и края ванны.


10

Риск защемления



Установите гигиеническое кресло-подъемник на высоту, удобную для лица, осуществляющего уход.
Поднимите ванну. Проследите за тем, чтобы между дном ванны и гениталиями было достаточно места.


11



При необходимости установите опору для ног.
Вымойте пациента.


Купание пациента с использованием каталки-подъемника для ванны

12




Расположите каталку для душа с переменной высотой позади и немного сбоку от ванны.

13




Поднимите платформу подъемника каталки для ванны так, чтобы она находилась выше края ванны.

14




Передвиньте каталку с пациентом и расположите ее по диагонали над краем ванны.

15



Расположите каталку по центру над ванной так, чтобы она коснулась ножек и края ванны.

16



Установите каталку-подъемник для ванны на высоту, удобную для лица, осуществляющего уход.
Поднимите ванну так, чтобы платформа касалась дна ванны.


17




При необходимости установите опору для ног.
Вымойте пациента.

arjo
with people in mind


Hydromassage (опция)




Перед использованием установите крышку отсоса.



Наполните ванну водой до уровня, покрывающего патрубки системы Hydromassage (A) и верхний датчик (B)




Нажмите кнопку системы Hydromassage. По умолчанию время работы составляет 15 минут. Начинайте с низкой интенсивности. При необходимости отрегулируйте.




Отрегулируйте направление водной струи.

После процедуры отключите систему Hydromassage.


Hydrosound (опция)




Наполните ванну водой до уровня, покрывающего пластину преобразователя системы Hydrosound. Добавьте кондиционер для воды Arjo Sound.



Не прикасайтесь к пластине преобразователя и удерживайте голову пациента над водой.



Нажмите кнопку системы Hydrosound. По умолчанию время работы составляет 15 минут.




Отрегулируйте интенсивность системы Hydrosound.

После процедуры отключите систему Hydrosound.


Мытье пациента под душем

18




Откройте слив.

19




Поднимите спинку. Пациент должен взяться за опору для рук.

20



Опустите ванну на самую низкую высоту.

21



Возьмите лейку душа. Нажмите кнопку душа. Направьте лейку душа в сторону от пациента.

22



Нажмите курок на лейке душа. Проверьте температуру воды рукой без перчатки. При необходимости отрегулируйте температуру.

23




Позвольте пациенту потрогать воду руками, прежде чем направлять на него поток воды. При необходимости отрегулируйте температуру.

24



Вымойте пациента под душем


25



Разблокируйте пусковой крючок лейки для душа, если активирована кнопка блокировки. Нажмите кнопку душа. Верните на место лейку душа.


Завершение принятия ванны

26




Оботрите пациента.

27




Укутайте пациента в полотенца или банный халат.

28




Опустите ванну на самую низкую высоту.

29




Поднимите гигиеническое кресло-подъемник так, чтобы между краем ванны и гениталиями пациента было достаточно места.

30




Помогите пациенту перенести ноги через край, одновременно поворачивая подъемник в сторону от ванны.

31



Проследите за тем, чтобы между боковой стороной ванны и гигиеническим креслом-подъемником было достаточно места.

32



Опустите гигиеническое кресло. Вытрите оставшиеся влажные участки тела.

33

Риск заражения

После каждого пациента:

выполните очистку и дезинфекцию ванны в соответствии с указаниями в Инструкции по эксплуатации или в кратком справочном руководстве (КСР) «Очистка и дезинфекция».

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com