
System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie

CE 2797


Előkészítés

1



Engedje le a fürdőkádat a legalacsonyabb pozícióba.

2



Fürdetés a higiénés emelőszékkel: csatlakoztassa a fejpárnát. Fürdetés emelős fürdetőkocsival: ne csatlakoztassa a fejpárnát vagy a lábtartót.


3



Forrázás veszélye

Nyomja meg az automatikus feltöltés gombot. Ellenőrizze a víz hőmérsékletét puszta kézzel. Szükség esetén állítsa be a megfelelő hőmérsékletet.


4



Zárja le a lefolyót.

Beteg fürdetése higiénés emelőszékkel


5



Állítsa a higiénés emelőszéket a kád oldalával átlós helyzetbe.

6


Becsípődés veszélye



Emelje fel a higiénés emelőszéket oly módon, hogy elég hely legyen a beteg nemi szerve és a fürdőkád pereme között.

7

Beszorulás veszélye




Közelítse a kád felé a higiénés emelőszéket. Emelje át a beteg lábát a fürdőkád peremén, miközben a helyére forgatja az emelőszéket.

8



Engedje, hogy a beteg érezze a lábával a vizet. Szükség esetén állítsa be a megfelelő hőmérsékletet.


9



Mozgassa a széket a fürdőkád közepe fölé, amíg el nem éri kád lábát és peremét.


10

Becsípődés veszélye



Állítsa a higiénés emelőszéket az ápolónak ergonómiailag megfelelő magasságba. Fürdőkád felemelése. Győződjön meg arról, hogy van-e elég hely a beteg nemi szerve és a fürdőkád alja között.


11



Szükség esetén csatlakoztassa a lábtámaszt.
Fürdesse meg a beteget.


Beteg fürdetése emelős fürdetőkocsival.

12




Állítsa az emelős fürdetőkocsit a fürdőkád mögé és mellé.

13




Emelje fel a fürdetőkocsi-emelőhordágyat úgy, hogy szabaddá tegye a fürdőkád szélét.

14




Mozgassa az emelős fürdetőkocsit a beteggel átlósan a fürdőkád fölé.

15



Mozgassa a kocsit a fürdőkád közepe fölé, amíg el nem éri kád lábát és peremét.

16



Állítsa az emelős fürdetőkocsit az ápolónak ergonómiailag megfelelő magasságba. Emelje fel a fürdőkádat, amíg a hordágy hozzá nem ér a fürdőkád aljához.

17




Szükség esetén csatlakoztassa a lábtámaszt.
Fürdesse meg a beteget.


arjo
with people in mind

Hydromassage (opcionális)


Beszorulás veszélye




Használat előtt helyezze el a lefolyóvédőt.



Töltse fel a kádat annyi vízzel, amely ellepi a Hydromassage rendszer kimenetét (A) és felső érzékelőjét (B).



Nyomja meg a Hydromassage rendszer gombot. Az alapértelmezett fürdetési idő 15 perc. Kezdje alacsony intenzitású fokozattal. Szükség esetén módosítsa.




Állítsa be a vízsugár irányát.

A kezelést követően kapcsolja ki a Hydromassage rendszert.


Hydrosound (opcionális)

Ne használja várandósság esetén




Töltse fel a kádat annyi vízzel, amely ellepi a Hydrosound rendszer jeladólemezét. Adjon hozzá Arjo Sound vízkezelőt.


Fennáll az égési sérülések és a halláskárosodás veszélye




Ne érintse meg a jeladólemezt, és ügyeljen rá, hogy a beteg feje ne merüljön víz alá.



Nyomja meg a Hydrosound rendszer gombot. Az alapértelmezett fürdetési idő 15 perc.






P220

Állítsa be a Hydrosound intenzitását.

A kezelést követően kapcsolja ki a Hydrosound rendszert.


A beteg zuhanyozása

18




Nyissa meg a lefolyót.

19




Emelje fel a háttámlát. Hagyja, hogy a beteg a kéztámaszba kapaszkodjon.

20



Engedje le a fürdőkádat a legalacsonyabb pozícióba.

21





Fogja meg a zuhanykezelőt. Nyomja meg a zuhany gombot. A zuhanykezelőt irányítsa el a betegtől.


22

Forrázás veszélye



Nyomja meg a zuhanykezelőn lévő kioldógombot. Ellenőrizze a víz hőmérsékletét puszta kézzel. Szükség esetén állítsa be a megfelelő hőmérsékletet.

23



Hagyja, hogy a beteg érezze a vizet a kezével, mielőtt a vízáramot ráirányítaná. Szükség esetén állítsa be a megfelelő hőmérsékletet.


24



Zuhanyozza le a beteget.

25






Oldja ki a zuhanykezelő kioldógombját, ha be van kapcsolva a rögzítőgomb. Nyomja meg a zuhany gombot. Tegye a helyére a zuhanykezelőt.


A fürdetés befejezése

26




Törölje szárazra a beteget.

27




Tartsa melegen a beteget törölköző vagy fürdőköntös segítségével.

28



Engedje le a fürdőkádat a legalacsonyabb pozícióba.


29



Emelje fel a higiénés emelőszéket oly módon, hogy elég hely legyen a beteg nemi szerve és a fürdőkád pereme között.


30

Becsípődés veszélye




Segítsen a betegnek átemelni a lábát a peremen, miközben az emelőt arrébb forgatja a fürdőkádtól.

31



Győződjön meg arról, hogy van-e elég hely a fürdőkád oldala és a higiénés emelőszék között.

32



Engedje le a higiénés emelőszéket. Szárítsa meg a még nedves felületeket.

33

Szennyeződésveszély

Minden beteg után: tisztítsa és fertőtlenítse a fürdőkádat a Használati útmutató vagy a „Tisztítás és fertőtlenítés” gyors útmutató alapján.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com