
SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI — UŻYCIE

System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie

CE 2797


Przygotowania

1




Opuścić wannę do najniższego położenia.

2



Kąpiel na krześle higienicznym: przymocować poduszkę podtrzymującą głowę. Kąpiel na wózku kąpielowym: nie mocować poduszki pod głowę ani podpórki na stopy.


3



Ryzyko oparzenia

Wcisnąć przycisk Automatyczne napełnianie. Ręką sprawdzić temperaturę wody. Jeśli potrzeba, dostosować temperaturę wody.


4



Zamknąć odpływ.

Kąpiel pacjenta na podnoszonym krześle higienicznym


5



Ustawić podnoszone krzesło higieniczne ukośnie przy boku wanny.

6


Ryzyko przycięcia



Unieść podnoszone krzesło higieniczne tak, aby pomiędzy genitaliami pacjenta a krawędzią wanny była wolna przestrzeń.

7

Ryzyko uwięzienia




Przysunąć podnoszone krzesło higieniczne do wanny. Unieść nogi pacjenta nad krawędzią wanny, jednocześnie obracając podnoszone krzesło higieniczne.

8



Pozwolić pacjentowi sprawdzić temperaturę wody stopami. Jeśli potrzeba, dostosować temperaturę wody.


9



Wyśrodkować krzesło nad wanną, aż oprze się o nóżki i krawędź wanny.


10

Ryzyko przycięcia



Wyregulować podnoszone krzesło higieniczne na wysokość ergonomiczną dla opiekuna.
Podnieść wannę. Upewnić się, że pomiędzy genitaliami pacjenta a dnem wanny jest wolna przestrzeń.


11



Jeśli trzeba, zamocować podpórkę na stopy.
Wykąpać pacjenta.


Kąpiel pacjenta na wózku kąpielowym

12




Ustawić wózek kąpielowy za wanną.

13




Unieść leżankę wózka kąpielowego tak, aby odsłonić krawędź wanny.

14




Przesunąć wózek kąpielowy z pacjentem ukośnie ponad brzegiem wanny.

15



Wyśrodkować wózek, aż oprze się o nóżki i krawędź wanny.

16



Wyregulować wózek kąpielowy na wysokość ergonomiczną dla opiekuna.
Ustawić wannę na takiej wysokości, aby leżanka dotykała dna wanny.

17




Jeśli trzeba, zamocować podpórkę na stopy.
Wykąpać pacjenta.


arjo
with people in mind

Hydromassage (opcjonalnie)


Ryzyko uwięzienia




Przed użyciem założyć osłonę na przyssawkach.



Napełnić wannę wodą ponad poziom odpływu funkcji Hydro-massage (A) i poziom górnego czujnika (B).



Nacisnąć przycisk systemu Hydromassage. Domyślny czas działania systemu to 15 minut. Rozpocząć od niskiej intensywności. Regulować w razie potrzeby.




Wyregulować kierunek strumienia wody.

Po zakończeniu korzystania wyłączyć system Hydromassage.

Hydrosound (opcjonalnie)

Nie korzystać w czasie ciąży.




Napełnić wannę wodą ponad poziom przetwornika Hydrosound. Dodać środek do wody Arjo Sound.


Zagrożenie poparzeniami i uszkodzeniem słuchu.



Nie dotykać płyty przetwornika i nie dopuszczać do zanurzenia głowy pacjenta.



Nacisnąć przycisk systemu Hydrosound. Domyślny czas działania systemu to 15 minut.




Dostosować natężenie systemu Hydrosound.

Po zakończeniu korzystania wyłączyć system Hydrosound.


Mycie pacjenta pod prysznicem

18




Otworzyć odpływ.

19




Podnieść oparcie pleców. Pacjent powinien trzymać się podpórki na ręce.

20



Opuścić wannę do najniższego położenia.

21



Zdjąć słuchawkę prysznicową. Nacisnąć przycisk prysznica. Chwycić słuchawkę prysznicową i skierować ją z dala od pacjenta.

22

Ryzyko oparzenia



Nacisnąć przycisk na słuchawce prysznicowej. Ręką sprawdzić temperaturę wody. Jeśli potrzeba, dostosować temperaturę wody.

23




Pozwolić pacjentowi sprawdzić temperaturę wody ręką przed skierowaniem strumienia wody w jego kierunku. Jeśli potrzeba, dostosować temperaturę wody.

24



Umyć pacjenta pod prysznicem.


25



Jeśli przycisk blokady jest aktywny, odblokować spust słuchawki prysznicowej. Nacisnąć przycisk prysznica. Odwiesić słuchawkę prysznicową.


Kończenie kąpieli

26




Osuszyć pacjenta.

27




Zapobiegać przeziębieniu pacjenta, ogrzewając go ręcznikami lub szlafrokiem.

28



Opuścić wannę do najniższego położenia.


29



Unieść podnoszone krzesło higieniczne tak, aby pomiędzy genitaliami pacjenta a krawędzią wanny była wolna przestrzeń.


30

Ryzyko przycięcia




Podczas odsuwania podnośnika znad wanny pomóc pacjentowi przenieść nogi nad krawędzią wanny.

31



Zapewnić odpowiednią ilość miejsca między bokiem wanny a krzesłem higienicznym.

32



Obniżyć krzesło higieniczne. Wytrzeć zamoczone powierzchnie.

33

Ryzyko zakażenia

Po każdym pacjencie: umyć i zdezynfekować wannę zgodnie z instrukcją obsługi lub skróconą instrukcją obsługi „Czyszczenie i dezynfekcja”.

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com