
System 2000 Rhapsody, Primo, Harmonie

CE 2797

경고



눈과 피부 손상을 방지하기 위해 항상 보안경과 장갑을 사용하십시오 . 접촉한 경우 충분한 물로 씻어냅니다 .
눈이나 피부에 자극이 있으면 의사에게 문의하십시오 . 항상 소독제에 관련된 물질안전보건자료를 읽으십시오 .

교차 오염을 방지하려면 , 항상 본 사용 지침의 소독 지침을 따르십시오 .

눈 또는 피부 자극을 방지하려면 환자가 있는 곳에서 절대 소독을 하지 마십시오 .

간병인 책임 사항

환자 간

매 사용 전에 System 2000 욕조를 세척하고 소독하십시오 .

소독 장치로 청소 및 세척하기(정적인 목욕 및 Hydrosound System)

참고

Hydromassage System 에 대한 소독은 2 페이지에서 시작합니다 .

외관상의 잔여물 제거

1. 욕조를 편안한 작업 높이로 올립니다 .
2. 모든 기능이 정지 상태인지 확인하십시오 .
3. 배수구를 엽니다 .
4. 모든 부속장치를 분리하여 욕조 바닥에 놓습니다 .
5. 욕조 및 부속장치를 물로 세척하여 눈에 보이는 잔여물을 제거합니다 . 부속장치를 뒤집어 한 번 더 헹구십시오 .

청소

6. 보호용 장갑과 안경을 착용하십시오 .
7. 소독 스프레이 손잡이를 들어 올립니다 .
8. 소독 버튼을 누릅니다 .
9. 사용 지침에 따라 유량계가 올바른 혼합 값을 보일 때까지 욕조에 소독제를 분사합니다 . 필요한 경우 조절합니다 .
10. 배수구에 소독제를 분사합니다 . 배수구를 솔로 문질러 닦으십시오 .
11. 배수구를 닫습니다 .
12. 모든 욕조 내부 표면 및 모든 부속장치 측면에 소독제를 분사합니다 .
13. 표면 상단 배수구에 분사합니다 .
14. 소독 버튼을 누르면 정지됩니다 .
15. 부드러운 용기 솔로 욕조의 표면 , 느슨한 부품 및 부속장치를 완전히 문질러 닦습니다 .
16. 배수구를 엽니다 .
17. 모든 부품을 25°C(77°F) 의 온도의 충분한 물로 깨끗하게 헹굽니다 .
18. 천을 소독제에 적셔 모든 다른 연결 부위 즉 , 욕조 바깥 , 금속 센서 손잡이 및 핸드 제어장치를 닦아냅니다 .
19. 새로운 천을 물에 적셔 소독제를 제거합니다 .
    자주 천을 흐르는 물에 헹굽니다 .

소독

20. 배수구에 소독제를 분사합니다 .
21. 배수구를 닫습니다 .
22. 모든 욕조 내부 표면 및 모든 부속장치 측면에 소독제를 분사합니다 .
23. **소독제 지침에 따라 적절한 접촉 시간을 허용합니다 .**
24. 소독 버튼을 눌러 소독 작업을 끝냅니다 .
    자동 소독 전용 :
    사전 설정된 소독 시간이 경과하지 않은 경우 , 다른 기능들이 최소 2 분 동안 비활성화됩니다 .
25. 소독 분무기 손잡이를 다시 끼웁니다 .
26. 배수구를 엽니다 .
27. 샤워 버튼을 누릅니다 .
28. 모든 부품을 25°C(77°F) 의 온도를 가진 물로 깨끗하게 헹굽니다 .
29. 천을 소독제에 적셔 모든 다른 연결 부위 즉 ,
    욕조 바깥 , 금속 센서 손잡이 및 핸드 제어장치를 닦아냅니다 .
30. **소독제 지침에 따라 적절한 접촉 시간을 허용합니다 .**
31. 새로운 천을 물에 적셔 소독제를 제거합니다 .
    자주 천을 흐르는 물에 헹굽니다 .
32. 공기 중에 말리십시오 .

arjo
with people in mind

분무기 병으로 세척 및 소독하기

외관상의 잔여물 제거

1. 욕조를 편안한 작업 높이로 올립니다 .
2. 모든 기능이 정지 상태인지 확인하십시오 .
3. 배수구를 엽니다 .
4. 모든 부속장치를 분리하여 욕조 바닥에 놓습니다 .
5. 욕조 및 부속장치를 물로 세척하여 눈에 보이는 잔여물을 제거합니다 . 부속장치를 뒤집어 한 번 더 헹구십시오 .

청소

6. 보호용 장갑과 안경을 착용하십시오 .
7. 배수구에 소독제를 분사합니다 . 배수구를 솔로 문질러 닦으십시오 .
8. 배수구를 닫습니다 .
9. 모든 욕조 내부 표면 및 모든 부속장치 측면에 소독제를 분사합니다 .
10. 표면 상단 배수구에 분사합니다 .
11. 부드러운 용기 솔로 욕조의 표면 , 느슨한 부품 및 부속장치를 완전히 문질러 닦습니다 .
12. 배수구를 엽니다 .
13. 모든 부품을 25°C(77°F) 의 온도의 충분한 물로 헹굽니다 .
14. 천을 소독제에 적셔 모든 다른 연결 부위 즉 , 욕조 바깥 , 금속 센서 손잡이 및 핸드 제어장치를 닦아냅니다 .
15. 새로운 천을 물에 적셔 소독제를 제거합니다 .
    자주 천을 흐르는 물에 헹굽니다 .

소독

16. 분무기를 사용하여 배수구에 소독제를 분사합니다 .
17. 배수구를 닫습니다 .
18. 모든 욕조 내부 표면 및 모든 부속장치 측면에 소독제를 분사합니다 .
19. **소독제 지침에 따라 적절한 접촉 시간을 허용합니다 .**
20. 배수구를 엽니다 .
21. 샤워 버튼을 누릅니다 .
22. 모든 부품을 25°C(77°F) 의 온도를 가진 물로 깨끗하게 헹굽니다 .
23. 천을 소독제에 적셔 모든 다른 연결 부위 즉 ,
    욕조 바깥 , 금속 센서 손잡이 및 핸드 제어장치를 닦아냅니다 .
24. **소독제 지침에 따라 적절한 접촉 시간을 허용합니다 .**
25. 새로운 천을 물에 적셔 소독제를 제거합니다 .
    자주 천을 흐르는 물에 헹굽니다 .
26. 공기 중에 말리십시오 .

Hydromassage System 세척 및 소독하기

자동 소독 포함

1. 욕조를 편안한 작업 높이로 올립니다 .
2. 배수구를 닫습니다 .
3. 나사를 풀어 흡인부 막을 제거합니다 .
   흡인부 막을 각각 세척합니다 .
4. 소독 버튼을 눌러 소독 작업을 시작합니다 .
   Hydromassage system 노즐을 통해 소독제가 나옵니다 .
   소독 작업은 Hydromassage system 을 물로 세척하여 마무리합니다 .
5. 표면 상단 배수구에 소독제를 분사합니다 .
6. 1 페이지에 *소독 장치 세척 및 소독 (정적인 목욕 및* Hydrosound *System)* 을 참고하여 나머지 소독 지침을 계속 시행합니다 .
7. **소독제 지침에 따라 적절한 접촉 시간을 허용합니다 .**
8. 샤워 버튼을 누르고 표면 상단 배수구를 세척합니다 .
9. 소독이 완료되면 , 흡인부 막을 나사로 부착하고 , 부드럽게 조입니다 .

자동 소독 미포함

1. 욕조를 편안한 작업 높이로 올립니다 .
2. 배수구를 엽니다 .
3. 나사를 풀어 흡인부 막을 제거합니다 .
   흡인부 막을 각각 세척합니다 .
4. 치료용 호스를 연결하려면 돌아가는 Hydromassage system 노즐을 당겨 빼십시오 .
5. 치료용 호스를 Hydromassage system 유출부에 삽입하십시오 .
6. Hydromassage system 노즐 / 치료용 호스 밖으로 소독제가 나올 때까지 소독제를 흡인부 안에 분사합니다 .
7. 표면 상단 배수구에 소독제를 분사합니다 .
8. **소독제 지침에 따라 적절한 접촉 시간을 허용합니다 .**
9. 소독 버튼을 누르면 정지됩니다 .
10. 샤워 버튼을 누르고 샤워 손잡이를 흡인부에 연결합니다 .
11. Hydromassage system 손잡이를 최고 강도로 돌려줍니다 .
12. 트리거를 누르고 Hydromassage system 노즐 / 치료용 호스에서 **깨끗한** 물이 나올 때까지 헹굽니다 .
13. 치료용 호스가 있다면 제거하십시오 .
14. 노즐을 Hydromassage system 유출부에 다시 끼웁니다 .
15. 표면 상단 배수구는 물로 헹궈줍니다 .
16. 1 페이지에 *소독 장치 세척 및 소독 (정적인 목욕 및* Hydrosound *system)* 을 참고하여 나머지 소독 지침을 계속 시행합니다 .
17. 소독이 완료되면 , 흡인부 막을 나사로 부착하고 , 부드럽게 조입니다 .

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjo.com

arjo
with people in mind